

ΠΡΟΣ:

441 ΑΠΟΘΗΚΗ ΒΑΣΕΩΣ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
ΓΡ.ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Πίνακας αποδεκτών

ΚΟΙΝ:

Τηλ. & Fax: 210 3451620
Φ. 600.16/29/4114
Σ.1238
Αθήνα, 8 Οκτ 20
Συνημ.: -1- Διακήρυξη

ΘΕΜΑ: Συμβάσεις-Διαγωνισμοί

ΣΧΕΤ: α. Ν.4412/16

β. Φ.831.3/48/1203209/Σ.783/21 Φεβ 20/ΓΕΣ/ΔΥΓ/4^ο Τμ.

1. Έχοντας υπόψη:

α. Τις διατάξεις του ν. 4412/16 καθώς και την κείμενη νομοθεσία με τις κατ' εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και περιγράφονται αναλυτικά στην παρούσα διακήρυξη.

β. Το (β) σχετικό, με το οποίο διατέθηκε πίστωση σε βάρος της μερίδας αποθέσεων «Πόροι Φαρμακείων» που τηρούνται στο ΣΦΑ, προς κάλυψη αναγκών της 441 ΑΒΥΥ.

π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ο υ μ ε

συνοπτικό διαγωνισμό υπ' αριθμ. 13/2020, για την προμήθεια τεσσάρων (4) οδοντιατρικών μονάδων στατικού οδοντιατρείου για την κάλυψη αναγκών της 441 ΑΒΥΥ(CPV: 33192400-6).

2. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με εφαρμογή του άρθρου 117 του ν.4412/16, που αναφέρεται στους συνοπτικούς διαγωνισμούς, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

3. Η προϋπολογισθείσα αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των σαράντα χιλιάδων ευρώ (40.000,00€) συμπεριλαμβανομένων ΦΠΑ 24% και κρατήσεων 14,23068% υπέρ τρίτων.

4. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην έδρα της 441 ΑΒΥΥ / Γρ. Προμηθειών, «Στρατόπεδο Επιάτρου Αποστολίδη», Πειραιώς 174, ΤΚ 17778, Ταύρος, Τηλ: & Fax 210 3451620.

5. Η ημερομηνία διενέργειας – κατάθεσης των προσφορών του διαγωνισμού: είναι η 26 Οκτωβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00.

6. Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στον ιστότοπο <http://et.diangeia.gov.gr> και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL): <http://www.army.gr/>.

7. Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης περιλαμβάνουν την παρούσα Διακήρυξη με τα «Α» έως «Γ» Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

8. Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.

9. Το ΓΕΣ/Δ3 παρακαλείται για τη δημοσίευση της υπόψη διακήρυξης το συντομότερο δυνατόν στην ιστοσελίδα του ΓΕΣ, ώστε να επιτευχθεί ο επιδιωκόμενος ανταγωνισμός.

Ακριβές αντίγραφο

Σχης (ΥΦ) Ευστράτιος Κιόρτσης
Διοικητής

Υπλγος (ΥΦ) Θεοχάρη Κλεοπάτρα
Βοηθός Γρ. Προμηθειών

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Αποδέκτες για Ενέργεια

ΓΕΣ/Δ3

Αποδέκτες για Πληροφορία

ΓΕΣ/ΔΥΓ/4^ο ΤΜ.

ΔΥΒ/ΔΥΓ

441 ΑΒΥΥ/ Γραφείο Προμηθειών

441 ΑΠΟΘΗΚΗ ΒΑΣΕΩΣ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Φ. 600.16/29/4114
Σ.1238
Αθήνα, 8 Οκτ 20

**ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 13/2020
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4)
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΤΑΤΙΚΟΥ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟΥ**

Η Αποθήκη Βάσεως Υγειονομικού Υλικού

διακηρύσσει

συνοπτικό διαγωνισμό υπ' αριθ. 13/2020 για την προμήθεια τεσσάρων (4) οδοντιατρικών μονάδων στατικού οδοντιατρείου για την κάλυψη αναγκών της 441 ΑΒΥΥ (CPV:33192400-6),

εκτιμώμενης αξίας 40.000,00 Ευρώ
(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 % και κρατήσεων 14,23068% υπέρ τρίτων),

που θα διεξαχθεί σύμφωνα με:

α) τις διατάξεις του ν.4412/16 (Α' 147) και

β) τους όρους της παρούσας

Περιεχόμενα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ	3
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	4
Άρθρο 1 ^ο : Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής	4
Άρθρο 2 ^ο : Χρηματοδότηση της Σύμβασης	4
Άρθρο 3 ^ο : Αντικείμενο της Σύμβασης – Προθεσμία Υλοποίησης	4
Άρθρο 4 ^ο : Κριτήριο Ανάθεσης	4
Άρθρο 5 ^ο : Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού - Δημοσιότητα	5
Άρθρο 6 ^ο : Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης	5
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΓΕΝΙΚΟΙ – ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ	6
Άρθρο 7 ^ο : Έγγραφο της Σύμβασης	6
Άρθρο 8 ^ο : Γλώσσα Διαδικασίας	6
Άρθρο 9 ^ο : Δικαίωμα συμμετοχής	6
Άρθρο 10 ^ο : Εγγυήσεις Συμμετοχής και Καλής Εκτέλεσης	7
Άρθρο 11 ^ο : Λόγοι Αποκλεισμού	7
Άρθρο 12 ^ο : Καταλληλότητα Άσκησης Επαγγελματικής Δραστηριότητας	7
Άρθρο 13 ^ο : Προκαταρκτική Απόδειξη κατά την Υποβολή Προσφορών	8
Άρθρο 14 ^ο : Κατάρτιση και Περιεχόμενα Προσφορών	8
Άρθρο 15 ^ο : Χρόνος Ισχύος Προσφορών	9
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	10
Άρθρο 16 ^ο : Αποσφράγιση και Αξιολόγηση Προσφορών	10
Άρθρο 17 ^ο : Πρόσκληση Υποβολής Δικαιολογητικών Κατακύρωσης – Δικαιολογητικά Κατακύρωσης	10
Άρθρο 18 ^ο : Κατακύρωση – Σύναψη Σύμβασης	11
Άρθρο 19 ^ο : Ενστάσεις	12
Άρθρο 20 ^ο : Ματαίωση Διαδικασίας	12
ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ: ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	14
Άρθρο 21 ^ο : Εκτέλεση Σύμβασης	14
Άρθρο 22 ^ο : Τροποποίηση – Λύση Σύμβαση	14
Άρθρο 23 ^ο : Πληρωμή	14
Άρθρο 24 ^ο : Κήρυξη Οικονομικού Φορέα Εκπτώτου -Κυρώσεις	15
Άρθρο 25 ^ο : Χρόνος παράδοσης - Απόρριψη	15
Άρθρο 26 ^ο : Προσφυγές	16
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ	16
«Α» Τεχνικά Χαρακτηριστικά Οδοντιατρικής Μονάδας Στατικού Οδοντιατρείου Α-1	
«Β» Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)	Β-1
«Γ» Πίνακας Δικαιολογητικών Κατακύρωσης Προσωρινού Αναδόχου	Γ-1

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ' εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως :

- α. ΝΔ 721/70 «Περί Οικονομικής Μερίμνης και Λογιστικού των ΕΔ»
- β. Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
- γ. Ν. 3861/10 Ενίσχυση της Διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια»
- δ. Ν. 3918/11 «Σύστημα Προμηθειών Υγείας»
- ε. Ν. 4013/11 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων»
- στ. παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»
- ζ. Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α' 167) «Φορολογία Εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του Ν.4046/12, Ν.4093/12 και του Ν.4127/13 και άλλες διατάξεις
- η. Ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α'161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1
- θ. Ν. 4270/14 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Εποπτείας - Δημόσιο Λογιστικό και Άλλες Διατάξεις»
- ι. ΠΔ 28/2015 «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία»
- ια. ΠΔ 80/2016 «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»
- ιβ. Ν. 4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών»
- ιγ. ΠΔ 39/2017 «Κανονισμός Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών Ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών»
- ιδ. Των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣΆρθρο 1^ο : Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής

Αναθέτουσα αρχή:	441 Αποθήκη Βάσεως Υγειονομικού Υλικού / Γραφείο Προμηθειών
Ταχυδρομική διεύθυνση:	Στρατόπεδο «Επτρου Αποστολίδη», Πειραιώς 174
Ταχ.Κωδ.:	17778
Τηλ.:	210 3451620
Telefax:	210 3451620
E-mail:	441abyy.promith@gmail.com
Πληροφορίες:	Υπλγός (ΥΦ) Θεοχάρη Κλεοπάτρα

Άρθρο 2^ο : Χρηματοδότηση της Σύμβασης

Η σύμβαση χρηματοδοτείται από τη διατεθείσα με τη Φ.831.3/48/1203209/Σ.783/21 Φεβ 20/ΓΕΣ/ΔΥΓ/4^ο ΤΜ πίστωση σε βάρος της μερίδας αποθέσεων «Πόροι Φαρμακείων» που τηρούνται στο ΣΦΑ, προς κάλυψη αναγκών της 441 ΑΒΥΥ. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 40.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και νόμιμων κρατήσεων 14,23068% υπέρ τρίτων. Το είδος της προμήθειας κατατάσσεται στους κώδικες κοινού λεξιλογίου δημόσιων συμβάσεων (CPV) : 33192400-6.

Άρθρο 3^ο : Αντικείμενο της Σύμβασης – Προθεσμία Υλοποίησης

1. Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά το συνοπτικό διαγωνισμό υπ' αριθ. 13/2020, για την προμήθεια τεσσάρων (4) οδοντιατρικών μονάδων στατικού οδοντιατρείου για την κάλυψη αναγκών της 441 ΑΒΥΥ. Οι λειτουργικές και τεχνικές απαιτήσεις του αντικειμένου της σύμβασης περιγράφονται στο Παράρτημα «Α» το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας διακήρυξης.

2. Η Υπηρεσία επιθυμεί τα υλικά να παραδοθούν το συντομότερο από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Ως τόπος παράδοσης των υλικών καθορίζεται η 441 ΑΒΥΥ. Οι προμηθευτές να προσδιορίσουν και να δηλώσουν επακριβώς το χρόνο σε ημερολογιακές ημέρες (όχι μήνες), που έχουν τη δυνατότητα να παραδώσουν τα υλικά.

Άρθρο 4^ο : Κριτήριο Ανάθεσης

1. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με εφαρμογή του άρθρου 117 ν.4412/16, που αναφέρεται στους συνοπτικούς. Κριτήριο ανάθεσης της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

2. Εάν οι προσφερόμενες τιμές είναι ισότιμες ο ανάδοχος επιλέγεται με κλήρωση μεταξύ αυτών που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές (άρθρο 90 του ν.4412/16).

Άρθρο 5^ο : Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού - Δημοσιότητα

1. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην έδρα της 441 ΑΒΥΥ / Γρ. Προμηθειών, οδός Πειραιώς 174, ΤΚ 17778, Ταύρος.
2. Η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών ορίζεται η 26 Οκτωβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00.
3. Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στον ιστότοπο <http://et.diangeia.gov.gr> και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).
4. Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL): <http://www.army.gr/>.

Άρθρο 6^ο : Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:

- α. Τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν, τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.
- β. Δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν.
- γ. Λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν χαρακτηριστεί ως τέτοιες.

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΓΕΝΙΚΟΙ – ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣΆρθρο 7^ο : Έγγραφα της Σύμβασης

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύμβασης αποτελούνται από την παρούσα Διακήρυξη με τα Παραρτήματα της, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής, ήτοι:

α. Παράρτημα «Α»: Τεχνικά Χαρακτηριστικά Οδοντιατρικής Μονάδας Στατικού Οδοντιατρείου

β. Παράρτημα «Β»: Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)

γ. Παράρτημα «Γ»: Πίνακας Δικαιολογητικών Κατακύρωσης Προσωρινού Αναδόχου

Άρθρο 8^ο : Γλώσσα Διαδικασίας

1. Οι προσφορές συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα, επί τη βάση των απαιτήσεων –της παρούσας διακήρυξης.

2. Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα-εταιρικά ή μη – με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.

Άρθρο 9^ο : Δικαίωμα συμμετοχής

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α. Κράτος-μέλος της Ένωσης.

β. Κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.).

γ. Τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω Συμφωνίας καθώς και

δ. Σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων και δραστηριοποιούνται στον τομέα ανάπτυξης λογισμικού και διαθέτουν την αντίστοιχη εμπειρία.

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.

3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της Αναθέτουσας Αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρων.

Άρθρο 10^ο : Εγγυήσεις Συμμετοχής και Καλής Εκτέλεσης

1. Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν.4412/16, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των εξακοσίων (600,00 €) ευρώ.

2. Ο προσφέρων, στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της σύμβασης, υποχρεούται να καταθέσει, πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν.4412/16, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας της σύμβασης, εκτός Φ.Π.Α.

3. Η ανωτέρω εγγύηση πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστο τα οριζόμενα στοιχεία στην παρ. 4 του άρθρου 72 του ν.4412/16.

Άρθρο 11^ο : Λόγοι Αποκλεισμού

1. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους αναφερόμενους, στο άρθρο 73 του ν.4412/16, λόγους.

2. Οικονομικός φορέας που του έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 του ν.4412/16, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης.

Άρθρο 12^ο : Καταλληλότητα Άσκησης Επαγγελματικής Δραστηριότητας

1. Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της σύμβασης.

2. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων η παραπάνω απαίτηση θα πρέπει να καλύπτεται από όλα τα μέλη της ένωσης.

3. Οι οικονομικοί φορείς που δεν είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα και έχουν δικαίωμα συμμετοχής απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα στο κράτος εγκατάστασής τους.

Άρθρο 13^ο : Προκαταρκτική Απόδειξη κατά την Υποβολή Προσφορών

1. Κατά την υποβολή της προσφοράς τους, οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν ως Δικαιολογητικό Συμμετοχής, το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 του ν.4412/16, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν.1599/1986 (Α'75), ως προκαταρκτική απόδειξη, προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α. Δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις του άρθρου 10 της παρούσας (άρθρο 73 του ν.4412/16).

β. Πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, σύμφωνα με το άρθρο 12 της παρούσας.

2. Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, μπορεί να ζητηθεί από τους προσφέροντες να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά της επόμενης παραγράφου, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.

Άρθρο 14^ο : Κατάρτιση και Περιεχόμενα Προσφορών

1. Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις – τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται στο Παράρτημα «Α» της παρούσας διακήρυξης. Υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόμενους στην 441 ΑΒΥΥ, έγκαιρα και μέχρι την ημερομηνία και την ώρα διενέργειας του διαγωνισμού, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο. Αντιπροσφορές δε γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες (άρθρο 96 του Ν.4412/16).

2. Οι προσφορές πρέπει να είναι σαφείς, πλήρεις, να μην έχουν ξυσίματα, σβησίματα και διορθώσεις.

3. Στο εξωτερικό μέρος του φακέλου κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο πλήρης τίτλος της Μονάδας (441 ΑΒΥΥ) που διενεργεί την προμήθεια, ο αριθμός της διακήρυξης, η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού και τα στοιχεία του αποστολέα.

4. Εντός του φακέλου της προσφοράς οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν:

α. Έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» στον πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να περιέχεται συμπληρωμένο το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του Παραρτήματος «Β» της παρούσας.

β. Έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά (παράγραφος 5 παρόντος άρθρου) σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα.

γ. Έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά.

5. Ο (υπο)φάκελος «Τεχνική Προσφορά» πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να περιέχει τα ακόλουθα:

α. Συμπληρωμένο το Φύλλο Συμμόρφωσης της Προσθήκης «1» του Παραρτήματος «Α» της Τεχνικής Προδιαγραφής.

β. Τα ΤΕΧΝΙΚΑ στοιχεία της προσφοράς (δικαιολογητικά, υπεύθυνες δηλώσεις, PROSPECTUS, τεχνικά φυλλάδια κ.α.), ζητούμενα από τις Τεχνικές Προδιαγραφές.

6. Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος στην προσφορά του και ειδικότερα στο φάκελο «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» να επισυνάψει συμπληρωμένο το **ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ** της Προσθήκης «1» του Παραρτήματος «Α» της Τεχνικής Προδιαγραφής. Αυτό είναι φύλλο συσχέτισης της προσφοράς του προμηθευτή με τις απαιτήσεις της προδιαγραφής της Υπηρεσίας, όπου στη στήλη (**γ**) αναγράφεται αν το προσφερόμενο υλικό είναι σύμφωνο με τα απαιτούμενα τεχνικά χαρακτηριστικά. Σε περίπτωση μη συμφωνίας θα αναφέρονται αναλυτικά όλες οι αποκλίσεις (είτε αυτές αποτελούν πλεονέκτημα είτε μειονέκτημα) του προσφερόμενου υλικού σε σύγκριση με τα στοιχεία της προδιαγραφής. Ακόμη πρέπει στις απαντήσεις να γίνεται παραπομπή στα τεχνικά εγχειρίδια ή "PROSPECTUS" του υπό προμήθεια είδους, τα οποία πρέπει απαραίτητως να συνοδεύουν την προσφορά, ώστε να πιστοποιείται η ακρίβειά τους. Επισημαίνεται η ορθή και σύμφωνα με τα παραπάνω σύνταξη του "Φύλλου Συμμόρφωσης", ώστε αυτό να αποτελεί ξεχωριστό κομμάτι της προσφοράς για τη διευκόλυνση του έργου της Επιτροπής Αξιολόγησης. Σε περίπτωση που ο προσφερόμενος χώρος στη στήλη (γ) δεν επαρκεί, ο προμηθευτής μπορεί να επισυνάπτει ιδιαίτερο φύλλο όπου θα συμπληρώνει τις απαντήσεις του, κάνοντας αντίστοιχες παραπομπές. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΧΩΡΙΣ ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΑ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ.

7. Ο (υπο)φάκελος «Οικονομική Προσφορά», επί ποινή αποκλεισμού, περιέχει την οικονομική προσφορά η οποία δίνεται σε ευρώ, θα αναγράφεται δε ολογράφως και αριθμητικώς με την προσφερόμενη τιμή να αντιπροσωπεύει την καθαρή αξία, συμπεριλαμβανομένων των υπέρ τρίτων κρατήσεων, ήτοι 14,23068%, τις οποίες επιβαρύνεται ο προμηθευτής.

8. Επισημάνεται ότι το περιεχόμενο των παραπάνω υποφακέλων της προσφοράς θα πρέπει να υποβληθεί και σε οπτικό δίσκο αποθήκευσης CD.

Άρθρο 15^ο : Χρόνος Ισχύος Προσφορών

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για 180 ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού, καθώς και για τον χρόνο που αποδέχθηκαν, εγγράφως, να παρατείνουν την προσφορά τους, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο άρθρο 97 του Ν.4412/16.

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Άρθρο 16^ο : Αποσφράγιση και Αξιολόγηση Προσφορών

1. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια και σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4412/16, την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από την Διακήρυξη του διαγωνισμού. Όσοι δικαιούνται, να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, λαμβάνουν γνώση των προσφορών των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό.

2. Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπόψη τα αναφερόμενα στο άρθρο 100 του ν.4412/16. Αρχικά αξιολογείται ο (υπο)φάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», στην συνέχεια ο (υπο)φάκελος «Τεχνική Προσφορά» και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών καταγράφονται σε πρακτικό.

3. Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και «Τεχνική Προσφορά», αποσφραγίζονται, κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται σε ειδική πρόσκληση οι φάκελοι όλων των υποβληθεισών οικονομικών προσφορών.

4. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά την αξιολόγηση των (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και «Τεχνική Προσφορά» οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται.

5. Τα αποτελέσματα όλων των ανωτέρω σταδίων (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών και οικονομικών προσφορών) επικυρώνονται με μία (1) απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής (παράγραφος 4 του άρθρου 100 του ν.4412/16), η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες.

6. Κατά της απόφασης αυτής χωρεί ένσταση, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 19 της παρούσης.

Άρθρο 17^ο : Πρόσκληση Υποβολής Δικαιολογητικών Κατακύρωσης – Δικαιολογητικά Κατακύρωσης

1. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η Αναθέτουσα Αρχή αποστέλλει σχετική πρόσκληση στον προσφέροντα, που πρόκειται να γίνει η κατακύρωση (προσωρινό ανάδοχο), να υποβάλει εντός προθεσμίας, δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.4250/2014 (Α' 74), ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 11 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής του άρθρου 12 αυτής όπως στο Παράρτημα «Γ» της παρούσης.

2. Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος λαμβάνει αριθμό πρωτοκόλλου. Ο σφραγισμένος φάκελος των δικαιολογητικών

παραδίδεται εμπρόθεσμα στην αρμόδια επιτροπή. Επισημάνεται ότι τα παραπάνω δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβληθούν και σε οπτικό δίσκο αποθήκευσης CD.

3. Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης πρέπει να έχουν ημερομηνία έκδοσης όπως καθορίζεται στην παρ. 12 του άρθρου 80 του ν. 4412/2016.

4. Παράταση υποβολής των δικαιολογητικών, μπορεί να δοθεί, μετά από υποβολή σχετικού αιτήματος εντός της καθορισμένης με την παρ. 1 του παρόντος άρθρου προθεσμίας, συνοδευόμενου από έγγραφα που αποδεικνύουν την αίτηση χορήγησής τους, και μόνο για όσο χρόνο απαιτείται για την έκδοσή τους από τις αρμόδιες αρχές.

5. Όσοι δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν κατά τα διαλαμβανόμενα στον ν.4412/16.

6. Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν:

α. Κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδή ή ανακριβή, ή

β. Δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών ή

γ. Από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 11 και 12 της παρούσας.

7. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής η διαδικασία ματαιώνεται.

8. Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την επιτροπή του Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας.

9. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης.

Άρθρο 18^ο: Κατακύρωση – Σύναψη Σύμβασης

1. Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που δεν έχει αποκλειστεί οριστικά, σύμφωνα με το άρθρο 105 του ν.4412/16, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο.

2. Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι:

α. Άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στο άρθρο 19 της παρούσας βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών.

β. Κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον αυτός υποβάλει και σε όσους οικονομικούς φορείς δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά.

3. Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς του προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα.

4. Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

Άρθρο 19^ο : Ενστάσεις

1. Ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως:

α. Κατά των πράξεων της αναθέτουσας αρχής, (απόφαση κατακύρωσης και λοιπές εκτελεστές αποφάσεις). Η προθεσμία άσκησης της ένστασης είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα.

β. Κατά της διακήρυξης. Η ένσταση υποβάλλεται σε ημερομηνία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.

2. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 127 και 221 του ν.4412/16, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της ένστασης. Στην περίπτωση της ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης η αναθέτουσα αρχή αποφασίζει σε κάθε περίπτωση πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Με την άπρακτη πάροδο των ανωτέρω προθεσμιών τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου, σύμφωνα με το άρθρο 127 του ν.4412/16, ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.

Άρθρο 20^ο : Ματαίωση Διαδικασίας

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν.4412/16, μετά από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμα της

ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ: ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣΆρθρο 21^ο : Εκτέλεση Σύμβασης

1. Η σύμβαση καταρτίζεται από το γρ. προμηθειών της 441 ΑΒΥΥ και υπογράφεται από τα δύο (2) συμβαλλόμενα μέρη. Συντάσσεται με βάση τους όρους της διακήρυξης, των τευχών που τη συνοδεύουν και την προσφορά του αναδόχου που έγινε αποδεκτή, καθώς και τις τυχόν τροποποιήσεις των όρων που και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη έγιναν αποδεκτές.

2. Η σύμβαση δεν μπορεί να περιέχει αντίθετους όρους με τα παραπάνω στοιχεία και περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής:

- Τον τόπο και το χρόνο της υπογραφής της σύμβασης.
- Τα συμβαλλόμενα μέρη, καθώς και τα πρόσωπα που δεσμεύουν τους συμβαλλόμενους.
- Τις προβλεπόμενες από τη νομοθεσία τυπικές διαδικασίες.
- Το αντικείμενο της σύμβασης (είδος και την ποσότητα των προμηθευόμενων ειδών περιγραφή εργασίας).
- Το χρονοδιάγραμμα.
- Την συμφωνηθείσα τιμή.
- Τον τόπο, τον τρόπο και τον χρόνο παράδοσης.
- Τις τεχνικές προδιαγραφές σύμφωνα με την τεχνική προσφορά του αναδόχου

3. Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις, σύμφωνα με το άρθρο 202 του ν.4412/16:

- α. Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα.
- β. Παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά τα υπό προμήθεια είδη.
- γ. Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν κυρώσεις ή εκπτώσεις.
- δ. Εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση.

Άρθρο 22^ο : Τροποποίηση – Λύση Σύμβασης

Ισχύουν τα αναγραφόμενα στο άρθρο 132 του ν.4412/16.

Άρθρο 23^ο : Πληρωμή

1. Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει από το Στρατιωτικό Φαρμακείο Αθηνών σε βάρος της διατεθείσας πίστωσης στον αριθμό λογαριασμού (IBAN) του προμηθευτή και το αργότερο σε τριάντα (30) ημέρες μετά τη σύνταξη του

πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής των υπηρεσιών, με βάση τα παρακάτω δικαιολογητικά.

- α. Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής των υλικών
- β. Τιμολόγιο του προμηθευτή.
- γ. Πιστοποιητικά φορολογικής ενημερότητας και ασφαλιστικής ενημερότητας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
- δ. Κάθε άλλο τυχόν απαιτούμενο δικαιολογητικό που ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

3. Τον πάροχο υπηρεσιών βαρύνουν οι ακόλουθες κρατήσεις:

Υπέρ ΜΤΣ	4,00%
Υπέρ ΕΚΟΕΜΣ	8,00%
Υπέρ ΒΑΜ	2,00%
Υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ	0,07%
Υπέρ Α.Ε.Π.Π.	0,06%
Υπέρ Χαρτοσήμου	0,0839%
Υπέρ ΟΓΑ/Χαρτοσήμου	0,01678
ΣΥΝΟΛΟ	14,23068%

4. Κατά την πληρωμή θα γίνεται παρακράτηση του Φόρου Εισοδήματος (Φ.Ε.) ποσοστού 4%, ο οποίος υπολογίζεται στο καθαρό ποσό της αξίας των υλικών, ήτοι στο ποσό μετά την αφαίρεση των υπέρ τρίτων κρατήσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του ν.4172/13, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 24^ο : Κήρυξη Οικονομικού Φορέα Εκπτώτου -Κυρώσεις

Για τις περιπτώσεις κήρυξης προμηθευτή ως εκπτώτου, περιπτώσεις μη παράδοσης υλικών μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζει η σύμβαση, κυρώσεις για εκπρόθεσμη φόρτωση – παράδοση, απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση, εξαιρέσεις κλπ ισχύουν τα αναφερόμενα στα άρθρα 203, 204, 206, 207, 213 του ν.4412/16.

Άρθρο 25^ο : Χρόνος παράδοσης - Απόρριψη

1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ολοκληρώσει την παράδοση εντός της προθεσμίας που θα έχει οριστεί στη σύμβαση.

2. Η παραλαβή του συμβατικού αντικειμένου διενεργείται από επιτροπή που συγκροτείται για το σκοπό αυτό. Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα (οριστικό-παραλαβής του είδους με παρατηρήσεις –απόρριψης των ειδών) σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 208 του ν. 4412/16.

3. Για τις περιπτώσεις μη παράδοσης του αντικειμένου της σύμβασης μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζει η σύμβαση, απόρριψη συμβατικών

υλικών – αντικατάσταση, εξαιρέσεις κλπ ισχύουν τα αναφερόμενα στα άρθρα 206 και 213 του ν.4412/16.

Άρθρο 26^ο : Προσφυγές

Ο οικονομικός φορέας, σύμφωνα με το άρθρο 205 του ν.4412/16, μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις δυνάμει των άρθρων 203, 206, 207, 213, 218 και 220 του ν.4412/16, να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης.

Ακριβές αντίγραφο

Σχης (ΥΦ) Ευστράτιος Κιόρτσος
Διοικητής

Υπλγος (ΥΦ) Θεοχάρη Κλεοπάτρα
Βοηθός Γρ. Προμηθειών

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

- «Α» Τεχνικά Χαρακτηριστικά Οδοντιατρικής Μονάδας Στατικού Οδοντιατρείου
- «Β» Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
- «Γ» Πίνακας Δικαιολογητικών Κατακύρωσης Προσωρινού Αναδόχου

441 ΑΠΟΘΗΚΗ ΒΑΣΕΩΣ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Αθήνα, 8 Οκτ 20

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗ
Φ.600.16/29/4114/Σ.1238

ΠΕΔ – Α – 01049

ΕΚΔΟΣΗ 1^η

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΤΑΤΙΚΟΥ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟΥ

28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

1.	ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	3
2.	ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ	3
3.	ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ	3
4.	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	4
4.1	ΟΡΙΣΜΟΣ	4
4.2	Χαρακτηριστικά Επιδόσεων	4
4.3	Δυνατότητα Συντήρησης	4
4.4	Σχεδιασμός και Κατασκευή	- 4 -
4.4.3	ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΩΝ – ΠΤΥΕΛΟΔΟΧΕΙΟΥ – ΑΠΟΧΕΤΕΥ-ΣΗΣ	6
4.4.4	ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ	7
4.4.5	ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΒΟΗΘΟΥ	7
4.4.6	ΠΟΔΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ	7
4.4.7	ΚΟΥΤΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ	8
4.4.8	ΚΑΘΙΣΜΑ ΙΑΤΡΟΥ	8
4.4.9	ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟΥ	8
4.4.10	ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ	9
4.5	ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ	9
4.6	ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ	9
5	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ / ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ	10
6	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ	10
6.2	Επιθεωρήσεις/ Δοκιμές	11
6.2.1	Μακροσκοπικός Έλεγχος	11
6.2.4	Ενεργοποίηση Αναφορών Υλικοεπαγρύπνισης	11
7.	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ	12
7.1	Εγκατάσταση	12
7.2	Υπηρεσίες Υποστήριξης	12
7.2.1	Εγγύηση Καλής Λειτουργίας- Καθορισμός Χρόνου Εγγύησης	12
7.3	Εκπαίδευση – Διάθεση Προσωπικού	13
7.4	Έντυπο – Ηλεκτρονικό Συνοδευτικό Υλικό	14
8.	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	15
8.3	Αναβάθμιση Λογισμικού	15
9.	ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	15
10.	ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ	16

1. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η παρούσα Προδιαγραφή καθορίζει τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας για την προμήθεια οδοντιατρικών μονάδων, που προορίζονται για την προσφορά υπηρεσιών υγείας σε οδοντιατρικούς ασθενείς.

2. ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

2.1 Νομοθεσία

2.1.1 Οδηγία 93/42/ΕΟΚ για τα Ιατροτεχνολογικά προϊόντα: Εναρμόνιση Εθνικής Νομοθεσίας: ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ123330648/ΦΕΚ 2198B/02-10-2009.

2.1.2. Υπουργική Απόφαση ΚΥΑ ΔΥ7/2480 (ΦΕΚ Β'679/13-6-94)

2.1.3 Υπουργική Απόφαση ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ./1348 (ΦΕΚ 32 Β'16-1-04 Αρχές και κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής διανομής Ι/Π).

2.1.4 Υπουργική Απόφαση Η.Π.23615/615/Ε.103/20014(ΦΕΚ 1184/ Β'09 – 05 – 14).

2.1.5 Νόμος 3370/11-7-05(ΦΕΚ 176Α)

2.1.6 Κανονισμός (ΕΕ) 2017/852

2.2 Πρότυπα

2.2.1 Πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2015 «Συστήματα διαχείρισης της ποιότητας - Απαιτήσεις».

2.2.2 Πρότυπο ISO 13485:2016 «Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας για ιατροτεχνολογικά προϊόντα».

2.3 Διάφορα

Τα σχετικά έγγραφα, στην έκδοση που αναφέρονται, αποτελούν μέρος της παρούσας προδιαγραφής. Για τα έγγραφα, για τα οποία δεν αναφέρεται έτος έκδοσης, εφαρμόζεται η τελευταία έκδοση, συμπεριλαμβανομένων των τροποποιήσεων. Σε περίπτωση αντίφασης της παρούσας προδιαγραφής με μνημονευόμενα πρότυπα, κατ'εξουχία η προδιαγραφή, υπό την προϋπόθεση ικανοποίησης της ισχύουσας νομοθεσίας της Ελληνικής Δημοκρατίας.

3. ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ

3.1 Οδοντιατρική Έδρα

NSC	IIG	INC	CPV
6520	A23800	30715	33192400-6

3.2 Κάθισμα Ιατρού

NSC	IIG	INC	CPV
6520	T243-K	28018-11	33193120-6

4. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

4.1 ΟΡΙΣΜΟΣ

Ειδικό κάθισμα για χρήση από οδοντίατρο ή βοηθό οδοντιάτρου κατά τη διενέργεια οδοντιατρικών επεμβάσεων.

4.2 Χαρακτηριστικά Επιδόσεων

Το οδοντιατρικό συγκρότημα να είναι καινούριο, αμεταχείριστο, σύγχρονης τεχνολογίας, με πιστοποίηση κατά ISO13485:2016, να φέρει σήμανση CE και να λειτουργεί με τάση 220V/50Hz. Η ποιότητα κατασκευής των επιμέρους στοιχείων να είναι υψηλή και ανθεκτική, ικανή να δεχθεί απολύμανση σε όλα τα μέρη με μεγάλο βαθμό αντοχής.

4.3 Δυνατότητα Συντήρησης

Ο προμηθευτής πρέπει να εγγυηθεί τη δυνατότητα:

4.3.1 Εφοδιασμού της Υπηρεσίας με ανταλλακτικά και αναλώσιμα για τουλάχιστον δέκα (10) έτη, ώστε να εξασφαλιστεί η πλήρης, ανελλιπής και ομαλή λειτουργία του υπό προμήθεια είδους.

4.3.2 Επισκευής - συντήρησης, καθώς και την παροχή σχετικής τεχνικής πληροφόρησης είτε από τον ίδιο τον προμηθευτή, είτε από εξουσιοδοτημένο συνεργείο. Για την υποστήριξη του προσφερόμενου υλικού με επισκευές, συντήρηση, βαθμονόμηση κ.λ.π. πρέπει να παρέχεται τεχνική υποστήριξη και οργανωμένο σέρβις για τουλάχιστον δέκα χρόνια. Η υποστήριξη πρέπει να παρέχεται από έμπειρο, κατάλληλα εκπαιδευμένο τεχνικό και επιστημονικό προσωπικό.

4.4 Σχεδιασμός και Κατασκευή

4.4.1 Έδρα

Να αποτελείται από τα κάτωθι στοιχεία:

4.4.1.1 Η λειτουργία της να είναι ηλεκτρομηχανική ή ηλεκτροϋδραυλική και να είναι ικανή να ανυψώσει βάρος τουλάχιστον 160 κιλών.

4.4.1.2 Να διαθέτει μνήμη με τουλάχιστον δύο (2) προγραμματιζόμενες θέσεις.

4.4.1.3 Να διαθέτει διακόπτη κινήσεων στην εργαλειοφόρο κεφαλή καθώς και στο χειριστήριο του βοηθού.

4.4.1.4 Να διαθέτει φρένο ασφαλείας που να μπλοκάρει την κίνηση της έδρας όταν τα κοπτικά είναι εν χρήσει καθώς και όταν αυτή συναντά κάποιο εμπόδιο που εμποδίζει την κίνηση της.

4.4.1.5 Να διαθέτει ερεισικέφαλο διπλής άρθρωσης με δυνατότητα πολλαπλών ρυθμίσεων.

4.4.1.6 Να διαθέτει αριστερό σταθερό βραχίονα υποστήριξης.

4.4.1.7 Να διαθέτει σύστημα ανεξάρτητης παροχής διαλύματος της επιλογής μας στην οδοντιατρική μονάδα για την απολύμανση και εσωτερικό καθαρισμό των γραμμών των κοπτικών.

4.4.2 Εργαλειοφόρος κεφαλή

4.4.2.1 Να φέρει ταμπλέτα για τοποθέτηση εργαλείων μεγέθους τουλάχιστον 25X30cm. Να εκτελεί κινήσεις σε όλα τα επίπεδα και να μπορεί να πλησιάζει τον ασθενή ικανοποιητικά ακόμα και όταν η έδρα βρίσκεται σε θέση οριζοντίωσης.

4.4.2.2 Με τη βοήθεια του κατάλληλου μηχανισμού (κατά προτίμηση αερόφρενο) να ακινητοποιείται με ακρίβεια και ασφάλεια και να μη μετακινείται ακόμα και όταν τοποθετηθούν επάνω της οδοντιατρικά εργαλεία και μικροσυσκευές. Να επιτρέπει την τοποθέτηση βάρους τουλάχιστον 2 κιλών.

4.4.2.3 Οι σωλήνες σύνδεσης των κοπτικών εργαλείων (μικρομότορ-αερότορ-υπέρηχοι) και της αεροϋδροσύριγγας με την εργαλειοφόρο κεφαλή να έρχονται πάνω από την ταμπλέτα (over patient delivery) ή κάτω από την ταμπλέτα, όπως ορίζεται στο Παράρτημα Ι, και να είναι εύκαμπτοι και ευθείς (όχι σπирάλ), ώστε να μπορούν να απολυμανθούν. Θα πρέπει δε, να είναι ανθεκτικοί στα συνήθη χημικά απολυμαντικά

4.4.2.4 Σε κάθε γραμμή τροφοδοσίας των κοπτικών εργαλείων της εργαλειοφόρου κεφαλής και για όλες τις γραμμές, θα πρέπει να υπάρχει ανεξάρτητη ρύθμιση της πίεσης του αέρα και του νερού.

4.4.2.5 Θα πρέπει επ' αυτής να βρίσκεται χειριστήριο που να ρυθμίζει τις κινήσεις τις έδρας, την πλήρωση του ποτηριού του ασθενούς με νερό, καθώς και την έκπλυση του πτυελοδοχείου.

4.4.2.6 Το χειριστήριο θα πρέπει να είναι soft-touch.

4.4.2.7 Η εργαλειοφόρος κεφαλή θα πρέπει να έχει τον παρακάτω εξοπλισμό:

4.4.2.7.1 Τουλάχιστον μία (1) γραμμή airotor με LED φως, chip-blower και ταχυσύνδεσμο χειρολαβών για χειρολαβές με ρουλεμάν. Η γραμμή να διαθέτει

βαλβίδα αντεπιστροφής (back suction stop).

4.4.2.7.2 Η γραμμή airotor θα είναι εξοπλισμένη με χειρολαβή airotor που θα διαθέτει πολλαπλό σύστημα ψεκασμού ύδατος, φωτισμό LED, σύστημα μεταφοράς φωτός και σύστημα συγκράτησης εγγλυφίδων με press-button. Η χειρολαβή θα πρέπει να δύναται να αποστειρωθεί στο αυτόκαυστο. Θα πρέπει να διαθέτει βαλβίδα αντεπιστροφής (back suction stop) και σύστημα καθαρής κεφαλής (clean head system).

4.4.2.7.3 Μια γραμμή για micromotor, ανεξάρτητη, με LED φως, chip-blower, παροχή αέρα για την ψύξη του micromotor καθώς και παροχή νερού και αέρα για το spray της χειρολαβής.

4.4.2.7.4 Η γραμμή micromotor θα είναι εξοπλισμένη:

- με ηλεκτρικό micromotor με ταχύτητα λειτουργίας έως 40.000rpm με LED φως και εσωτερικό σύστημα μεταφοράς αέρα και νερού, νέας τεχνολογίας χωρίς κάρβουνα (Brushless) με ροπή τουλάχιστον 3 Ncm.

- με μία (1) γωνιακή χειρολαβή εξισωτική (1/1), με εσωτερική μεταφορά αέρα και νερού για το spray, LED φως και σύστημα συγκράτησης εγγλυφίδων press-button.

4.4.2.7.5 Μία γραμμή για την αεροϋδροσύριγγα, εξοπλισμένη με αεροϋδροσύριγγα, η οποία να μπορεί να αποσπάται για καθαρισμό και απολύμανση, ενώ θα πρέπει να μπορεί να αποστειρώνεται το ρύγχος αλλά και ολόκληρη η χειρολαβή στο αυτόκαυστο. Θα πρέπει να διαθέτει ακροφύσιο με δυνατότητα περιστροφής 360 μοιρών.

4.4.2.7.6 Μια γραμμή για πιεζοηλεκτρικούς υπερήχους, εξοπλισμένη με χειρολαβή. Η χειρολαβή θα πρέπει να μπορεί να αποστειρώνεται στο αυτόκαυστο, ενώ θα πρέπει να συνοδεύεται από:

- Τέσσερα (4) ξέστρα για περιοδοντολογική χρήση, δύο (2) για υπερουλική και δύο (2) για υποουλική εφαρμογή.

- Κλειδί για την ασφάλιση των ξέστρων στην χειρολαβή, δυνάμενο και αυτό να αποστειρώνεται στο αυτόκαυστο.

4.4.2.7.7 Ευθεία χειρολαβή με LED φως και παροχή νερού.

4.4.3 Σύστημα αναρροφήσεων – πτυελοδοχείου – αποχέτευσης

4.4.3.1 Το πτυελοδοχείο να ακολουθεί τις κινήσεις της έδρας στον κατακόρυφο άξονα. Να διαθέτει δυνατότητα περιστροφής από και προς τον ασθενή.

4.4.3.2 Η έκπλυση της λεκάνης του πτυελοδοχείου να γίνεται με αυτόματο χρονοκύκλωμα και με συνεχή ροή ύδατος. Η ροή του νερού να δύναται να ρυθμιστεί. Η λεκάνη να διαθέτει φίλτρο συγκράτησης στερεών.

4.4.3.3 Να υπάρχει θέση για ποτηράκι, το οποίο να γεμίζει με νερό και η ποσότητα του νερού να μπορεί να προρρυθμιστεί.

4.4.3.4 Το σύστημα να διαθέτει γραμμή χειρουργικής αναρρόφησης διατομής τουλάχιστον Φ16, με ελαστικό προστόμιο και εύκαμπτο σωλήνα, ο οποίος να είναι αποσπώμενος. Να διαθέτει προστόμιο με ρύθμιση αναρροφητικής έντασης και το προστόμιο να είναι κλιβανιζόμενο. Να υπάρχει φίλτρο συγκράτησης στερεών, το οποίο να είναι αποσπώμενο, προκειμένου να καθαρίζεται.

4.4.3.5 Να διαθέτει γραμμή χειρουργικής αναρρόφησης Φ11. Η γραμμή χειρουργικής αναρρόφησης να διαθέτει τα χαρακτηριστικά που αναγράφονται στην παράγραφο 4.3.4.

4.4.4 Προβολέας

4.4.4.1 Να είναι αναρτημένος σε πολύσπαστο αρθρωτό σύστημα με μηχανισμό που να εξασφαλίζει απόλυτη σταθερότητα. Να εκτελεί κινήσεις σε όλους τους άξονες, παρέχοντας δυνατότητα ευχερούς στόχευσης στο πεδίο εργασίας.

4.4.4.2 Να διαθέτει LED φωτισμό τουλάχιστον 5.000 K.

4.4.4.3 Να είναι φωτιστικής ικανότητας ισχύος τουλάχιστον 15.000 Lux.

4.4.4.4 Να έχει δυνατότητα ρύθμισης της φωτιστικής ισχύος.

4.4.4.5 Να διαθέτει αποσπώμενα και αποστειρούμενα χερούλια.

4.4.5 Χειριστήριο Βοηθού

Με αυτό εκτελούνται οι βοηθητικές λειτουργίες τμημάτων του συγκροτήματος, που γίνονται με άσηπτες κινήσεις του βοηθού. Το χειριστήριο του βοηθού πρέπει να επιτρέπει την κίνηση στο οριζόντιο επίπεδο και να έχει τα πιο κάτω χαρακτηριστικά:

4.4.5.1 Να διαθέτει χειριστήριο softtouch με το οποίο να ελέγχει:

α. Τις κινήσεις της έδρας.

β. Τη λειτουργία του πτυελοδοχείου (έκπλυση λεκάνης).

γ. Τη λειτουργία του ποτηριού (πλήρωση με νερό).

4.4.5.2 Στο χειριστήριο του βοηθού πρέπει να είναι αναρτημένες σε ειδικές θέσεις το σύνολο των αναρροφήσεων, όπως αυτές περιγράφηκαν στις παραγράφους 4.3.4 και 4.3.5 του παρόντος.

4.4.6 Ποδοδιακόπτης

4.4.6.1 Να είναι ανθεκτικής κατασκευής με αντιολισθητική βάση.

4.4.6.2 Να ενεργοποιεί τα κοπτικά εργαλεία (micromotor - airotor) της εργαλειοφόρου κεφαλής.

4.4.6.3 Να ελέγχει την παροχή νερού στα κοπτικά εργαλεία.

4.4.6.4 Να ενεργοποιεί τη λειτουργία του chipblower των κοπτικών.

4.4.6.5 Να είναι ηλεκτρικός με ροοστάτη, για την αυξομείωση της έντασης των κοπτικών εργαλείων από το πόδι του χρήστη.

4.4.7 Κουτί κεντρικής τροφοδοσίας

Το κουτί κεντρικής τροφοδοσίας πρέπει να διαθέτει κεντρικό διακόπτη (ON - OFF) ο οποίος να ελέγχει ταυτόχρονα όλες τις παροχές προς το οδοντιατρικό συγκρότημα (ρεύμα, νερό, αέρας).

4.4.8 Κάθισμα Ιατρού

4.4.8.1 Να είναι ανατομικά σχεδιασμένο και να έχει δυνατότητα ρύθμισης του ύψους του καθίσματος με έμβολο και ρύθμισης της θέσης της πλάτης.

4.4.8.2 Να έχει σταθερή βάση με τουλάχιστον πέντε (5) περιστρεφόμενες ρόδες

4.4.8.3 Η ταπετσαρία τους να είναι αντοχής και ανθεκτική στα συνήθη απολυμαντικά.

4.4.9 Αεροσυμπιεστής Οδοντιατρείου

4.4.9.1 Να είναι «Κλάσης ΙΙα» βάσει της Υπουργικής Απόφασης ΚΥΑ ΔΥ7/2480 (ΦΕΚ Β'679/13-6-94 Παράρτημα ΙΧ, Μέρος ΙΙΙ, Παράγραφος 3.2, Κανόνας 11).

4.4.9.2 Να είναι ανεξάρτητη συσκευή, ελεύθερη ελαίου, και να εργάζεται με μοτέρ τουλάχιστον 1Ηρ.

4.4.9.3 Να λειτουργεί στα 230V(±10%) / 50Hz(±0,5%).

4.4.9.4 Να παρέχει ξηρό αέρα κατάλληλου όγκου ανά λεπτό, για να μπορεί να υποστηρίζει τις ανάγκες δύο οδοντιατρικών μονάδων.

4.4.9.5 Να διαθέτει φίλτρο ξήρανσης - καθαρισμού αέρα και ισχυρό σύστημα ψύξεως κεφαλής.

4.4.9.6 Να διαθέτει ασφάλεια υπερεντάσεων και υπερθερμάνσεων.

4.4.9.7 Να διαθέτει αντικραδασμική βάση και ηχομονωτικό κάλυμμα.

4.4.9.8 Το αεροφυλάκιο του αεροσυμπιεστή πρέπει να είναι καλής κατασκευής, να διαθέτει βάνια εξαερώσεως και άριστη βαφή εσωτερικά για μεγαλύτερη αντοχή στην οξειδωση.

4.4.9.9 Να διαθέτει μανόμετρο μέτρησης της πίεσης και ο χρόνος πλήρωσης του αεροθαλάμου να είναι ο μικρότερος δυνατός.

4.4.10 Χειρουργική Αναρρόφηση

4.4.10.1 Να είναι «Κλάσης Ια» ή «Κλάσης ΙΙβ» βάσει της Υπουργικής Απόφασης ΚΥΑ ΔΥ7/2480 (ΦΕΚ Β'679/13-6-94 Παράρτημα ΙΧ, Μέρος ΙΙΙ, Παράγραφος 3.2, Κανόνας 11).

4.4.10.2 Το μοτέρ των χειρουργικών αναρροφήσεων να είναι κλειστού τύπου, συνεχούς εκροής, χωρίς κάδο συγκέντρωσης λυμάτων, ισχύος τουλάχιστον 500 Watt, και να καλύπτεται από ειδικό κουτί προστασίας, που να παρέχει ικανοποιητική ηχομόνωση. Το μοτέρ θα είναι τοποθετημένο εκτός κλινικού χώρου και πρέπει να είναι ικανό να λειτουργεί αποδοτικά από απόσταση.

4.4.10.3 Για την καλή λειτουργία της οδοντιατρικής μονάδας και την εναρμόνιση αυτής με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/852 για τη διαχείριση λυμάτων, απαιτείται Διαχωριστής Αμαλγάματος με τη χειρουργική αναρρόφηση.

4.5 Παρελκόμενα

α. Το υπό προμήθεια μηχάνημα κατά την παράδοση του οφείλει να συνοδεύεται από τα κατάλληλα παρελκόμενα και αναλώσιμα, ώστε να γίνει πλήρης αξιολόγηση της λειτουργίας του.

β. Παρελκόμενα και συστήματα που θεωρούνται από τον προμηθευτή ουσιώδη και απαραίτητα για την πληρέστερη και ασφαλέστερη λειτουργία του και το συνοδεύουν υποχρεωτικά, να αναφέρονται στην προσφορά σαχωριστά κομμάτια (οικονομικά στοιχεία μόνο στην οικονομική προσφορά). Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν να αναγράφεται στην προσφορά και στο φύλλο συμμόρφωσης.

γ. Τυχόν πρόσθετα παρελκόμενα και συστήματα του υπό προμήθεια είδους εκτός αυτών της προηγούμενης παραγράφου 10.3β, τα οποία μπορούν να τοποθετηθούν ή να συνεργαστούν με το προσφερόμενο είδος, να αναφέρονται στην προσφορά αναλυτικά με την εργασία την οποία εκτελούν (οικονομικά στοιχεία μόνο στην οικονομική προσφορά). Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν να αναγράφεται στην προσφορά και στο φύλλο συμμόρφωσης.

4.6 Επισήμανση υλικού

4.6.1 Απαραίτητα το υλικό πρέπει να φέρει σήμανση CE, η οποία δηλώνει συμμόρφωση προς την αντίστοιχη Ευρωπαϊκή Οδηγία στην οποία εντάσσεται το υλικό. Η σήμανση πιστότητας CE πρέπει να συνοδεύεται από τον αριθμό αναγνώρισης του κοινοποιημένου οργανισμού ο οποίος είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή των διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας της παραγωγής και του

προϊόντος. Η σήμανση πρέπει να είναι τοποθετημένη κατά τρόπο εμφανή, ευανάγνωστο και ανεξίτηλο πάνω στο προϊόν, καθώς και στις οδηγίες χρήσεως.

4.6.2 Αντιστοίχως, στη συσκευασία πρέπει να αναγράφονται όλες οι προβλεπόμενες από τη σχετική Ευρωπαϊκή Οδηγία πληροφορίες, όπως (μη περιοριστικά) ημερομηνία κατασκευής, συνθήκες διατήρησης, αριθμός παρτίδας και λοιπά στοιχεία ιχνηλασιμότητας, ετικέτες επικίνδυνων υλικών, ειδικής χρήσης και κινδύνου.

4.6.3 Σε κατάλληλη θέση στο υπό προμήθεια είδος να επικολληθεί ανεξίτηλη πινακίδα με μέριμνα του προμηθευτή, στην οποία θα αναγράφονται:

α. Η ονομασία, ο αριθμός μητρώου, ο σειριακός αριθμός του είδους.

β. Τα στοιχεία του κατασκευαστού και του προμηθευτού.

γ. Ο αριθμός σύμβασης και το έτος υπογραφής

5. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ/ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

5.1 Συσσκευασία

Η πρωτογενής και δευτερογενής συσκευασία (όπου υπάρχουν) οφείλει να βρίσκεται σε άριστη κατάσταση, χωρίς εμφανή σημεία αλλοίωσης ή καταπόνησης, σύμφωνα με την πρόβλεψη του κατασκευαστή. Η τριτογενής συσκευασία οφείλει να παρέχει επαρκή προστασία από τους συνήθεις εξωγενείς παράγοντες (υγρασία, σκόνη, φως κλπ) και επαρκή μηχανική προστασία για τη μεταφορά και μακροχρόνια αποθήκευση του υλικού σε συνήθεις συνθήκες αποθήκευσης εσωτερικού χώρου.

5.2 Επισημάνσεις Συσκευασιών

Στην εξωτερική όψη της συσκευασίας θα επικολληθεί ετικέτα όπου θα αναγράφονται με ανεξίτηλο τρόπο τα παρακάτω στοιχεία:

- ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ
- ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΤΑΤΙΚΟΥ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟΥ
- ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ
- CPV
- ΑΡΙΘΜΟΣ/ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

6. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ

6.1 Συνοδευτικά Έγγραφα / Πιστοποιητικά

6.1.1 Το καθορισμένο με το Π.Δ 57/2010 σήμα «CE» μαζί με τον τετραψήφιο αριθμό του επί του προϊόντος, συνοδευόμενη από πίνακα προϊόντων όπου θα αναφέρεται ή ομάδα των προσφερόμενων ειδών ή συνοδευόμενη από σχετική δήλωση συμμόρφωσης του κατασκευαστή (declaration of conformity)

6.1.2 Γραπτές εγγυήσεις των αναφερομένων στην παράγραφο 7.2.1.

6.1.3 Πιστοποιητικό EN ISO 13485/2016 του κατασκευαστή του υλικού, για παραγωγή και διάθεση ιατροτεχνολογικών προϊόντων (ή αντίστοιχο).

6.1.4 Πιστοποιητικό ένταξης της προμηθεύτριας εταιρείας σε πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ).

6.1.5 Τέλος ετοιμότητας ιατροτεχνολογικών προϊόντων.

6.2 Επιθεωρήσεις/Δοκιμές

6.2.1 Μακροσκοπικός Έλεγχος

Κατ' αυτόν θα ελεγχθεί από την επιτροπή:

(1) Η καλή κατάσταση του εν λόγω είδους από πλευράς πληρότητας, εμφάνισης, λειτουργικότητας, κακώσεων ή φθορών.

(2) Η συμφωνία των χαρακτηριστικών στοιχείων με αυτά που προσδιορίζονται στην παρούσα προδιαγραφή σε συνδυασμό με τις συμφωνίες που συμπεριλαμβάνονται στη σύμβαση.

(3) Η ύπαρξη των παρελκόμενων, συσκευών, ανταλλακτικών, εγγράφων - εντύπων, καθώς και των τεχνικών εγχειριδίων κ.λ.π. που αναφέρονται σε άλλες παραγράφους της παρούσας προδιαγραφής και τα οποία ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει.

6.2.2 Λειτουργικός Έλεγχος

Κατά το λειτουργικό έλεγχο το υπό προμήθεια είδος θα υποστεί δοκιμή σε εργασία ρουτίνας για τουλάχιστον (5) εργάσιμες ημέρες. Μετά από αυτόν και εφόσον δεν παρατηρηθούν βλάβες ή αστοχίες και με την προϋπόθεση ότι οι υπόλοιποι έλεγχοι δεν παρουσιάσουν προβλήματα θα πραγματοποιηθεί η παραλαβή με τη σύνταξη του αντίστοιχου πρωτοκόλλου παραλαβής. Σε περίπτωση βλάβης, η εργασία ρουτίνας θα συνεχισθεί εκ νέου μετά την αποκατάσταση της για τουλάχιστον (5) εργάσιμες ημέρες σε εργασία ρουτίνας. Ο λειτουργικός έλεγχος να πραγματοποιηθεί παρουσία του προμηθευτή ή νόμιμου εκπροσώπου του, και με δική του ευθύνη.

6.2.3 Λοιποί Έλεγχοι

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει μέσω της επιτροπής παραλαβής οποιονδήποτε επιπλέον έλεγχο που κρίνεται σκόπιμος και απαραίτητος με έξοδα του προμηθευτή χωρίς να δεσμεύεται από το χρόνο ελέγχου.

6.2.4 Ενεργοποίηση Αναφορών Υλικοεπαγρύπνισης

Σε περίπτωση που το προσφερόμενο υλικό παρουσιάζει σημεία μη συμμόρφωσης με το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο, ή από τη χρήση του προκύπτει κίνδυνος για τους ασθενείς, προσωπικό ή περιβάλλον, η Υπηρεσία μπορεί να ενεργοποιήσει την διαδικασία αναφοράς υλικοεπαγρύπνισης του ΕΟΦ.

7. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

7.1 Εγκατάσταση

Η μεταφορά και η εγκατάσταση του υπό προμήθεια είδους να πραγματοποιηθεί με δαπάνη, ευθύνη και μέριμνα του προμηθευτή στην έδρα της Μονάδας, επ'ωφελεία της οποίας γίνεται ο διαγωνισμός. Εργασίες για την πλήρη εγκατάστασή του, ώστε αυτό να παραδοθεί σε πλήρη λειτουργία, να πραγματοποιηθούν με μέριμνα του προμηθευτή και να συμπεριλαμβάνονται στην τιμή της προσφοράς του. Ο χώρος που θα τοποθετηθεί το υπό προμήθεια είδος, να υποδειχθεί από τη Μονάδα επ'ωφελεία της οποίας γίνεται ο διαγωνισμός, την οποία και πρέπει να επισκεφθούν οι προμηθευτές. Με ευθύνη και δαπάνη του προμηθευτή, η οδοντιατρική έδρα θα συνδεθεί:

- α. Σε αεροσυμπιεστή.
- β. Σε χειρουργική αναρρόφηση.
- γ. Σε δίκτυο υδροδότησης με χρήση φίλτρου καθαρισμού ύδατος.
- δ. Σε δίκτυο αποχέτευσης.
- ε. Στο ηλεκτρικό δίκτυο της Μονάδας.

7.2 Υπηρεσίες Υποστήριξης

7.2.1 Εγγύηση Καλής Λειτουργίας- Καθορισμός Χρόνου Εγγύησης

Ο παρεχόμενος χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας του υπό προμήθεια είδους θα πρέπει να είναι για τουλάχιστον δύο (2) έτη από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής. Μέσα στα όρια του προαναφερθέντος χρονικού διαστήματος της εγγύησης καλής λειτουργίας, ο κατασκευαστής-προμηθευτής είναι υποχρεωμένος:

α. Να αντικαταστήσει οποιοδήποτε εξάρτημα που παρουσιάζει πρόωρη φθορά ή συστηματική βλάβη με δική του δαπάνη (υλικά, εργατικά, μεταφορικά κ.λ.π.).

β. Σε δωρεάν πλήρη προληπτικό έλεγχο και συντήρηση που θα εκτελείται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή ή σε συχνότερα χρονικά διαστήματα, εφόσον απαιτηθεί ανάλογα με τον βαθμό αξιοποίησής του.

γ. Σε περίπτωση που κάποιο εξάρτημα ή σύστημα του υπό προμήθεια είδους εξαιρείται της χρονικής εγγυήσεως, αυτό να αναφέρεται ρητά και να προσδιορίζεται επακριβώς ο τρόπος εγγυήσεως.

δ. Σε περίπτωση μη λειτουργίας του υπό προμήθεια είδους λόγω βλάβης, ο χρόνος της εγγύησης καλής λειτουργίας να παρατείνεται ανάλογα. Οι επιπλέον ημέρες εγγύησης προσμετρούνται μόνο μετά την παρέλευση πέντε (5) ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση του προμηθευτή για την βλάβη.

ε. Άρνηση του προμηθευτή για αποστολή συνεργείου επισκευής δίνει το δικαίωμα στην Υπηρεσία μετά την παρέλευση τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από τη έγγραφη ενημέρωση και χωρίς άλλη υπενθύμιση να θέσει την επισκευή του εν λόγω υπό προμήθεια είδους σε άλλη εταιρεία και το κόστος της δαπάνης θα επιβαρύνει τον προμηθευτή. Ο προμηθευτής παραιτείται του δικαιώματος προσφυγής ή κατά οποιοδήποτε τρόπο αμφισβήτησης της υποχρέωσης καταβολής της δαπάνης επισκευής.

στ. Όταν αποδεδειγμένα το υπό προμήθεια είδος λόγω βλαβών παραμένει για τα δύο (2) πρώτα έτη της εγγύησης εκτός λειτουργίας πέραν του 20% του προσφερόμενου χρόνου εγγύησης, τότε αυτό θεωρείται από τη φύση του ελαττωματικό και ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να το αντικαταστήσει ολοκληρωτικά. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής δεν το αντικαταστήσει, η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να προσφύγει στη δικαιοσύνη.

ζ. Το εκτός λειτουργίας χρονικό διάστημα υπολογίζεται αθροιστικά με έναρξη μετά την παρέλευση πέντε (5) ημερών από τη στιγμή της έγγραφης ειδοποίησης του προμηθευτή για τη βλάβη και λήγει μετά την παρέλευση δύο (2) εργάσιμων ημερών με την παράδοση του εν λόγω είδους σε λειτουργία. Ο υπολογισμός του συνολικού χρόνου λειτουργίας γίνεται με βάση την έγγραφη ειδοποίηση της βλάβης και το πρωτόκολλο που συντάσσεται κατά την επαναλειτουργία. Στον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος των ημερών μη λειτουργίας μετά το χρόνο των πέντε (5) εργάσιμων ημερών υπολογίζονται και οι ημέρες αργίας.

η. Εντός του διαστήματος εγγύησης, όλες οι βλάβες οφείλουν να επισκευάζονται εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών.

7.3 Εκπαίδευση – Διάθεση Προσωπικού

Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να αναλάβει την εκπαίδευση προσωπικού της Υπηρεσίας διαθέτοντας το παρακάτω προσωπικό (καθώς και τυχόν αναλώσιμο υλικό, απαραίτητο για την εκπαίδευση), χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση:

α. Ειδικό τεχνικό ή τεχνικούς στον τόπο εγκατάστασης και διάθεση αυτών στην επιτροπή παραλαβής για επίδειξη και παροχή εξηγήσεων πάνω στο χειρισμό, τη λειτουργία και την περιγραφή του προς προμήθεια είδους. Η διάρκεια της επίδειξης αυτής θα είναι το λιγότερο μία (1) και δύναται να παραταθεί σε τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες ανάλογα με την απαίτηση της επιτροπής. Να αναφερθεί η χρονική διάρκεια, σε εργάσιμες ημέρες, της επίδειξης που προσφέρεται.

β. Ειδικό τεχνικό ή τεχνικούς στον τόπο εγκατάστασης για την εκπαίδευση ιατρών, τεχνικών και χειριστών της Υπηρεσίας στον τρόπο λειτουργίας, χειρισμού, συντήρησης και επισκευής του είδους. Ο χρόνος διάθεσης του προσωπικού θα είναι το λιγότερο μία (1) και δύναται να παραταθεί σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες ανάλογα με τις απαιτήσεις της ενδιαφερόμενης Μονάδας, στην οποία εγκαθίσταται ή παραδίδεται το υπό προμήθεια είδος και στην οποία με ευθύνη της θα λειτουργήσει. Να αναφερθεί η χρονική διάρκεια, σε εργάσιμες ημέρες, της εκπαίδευσης που προσφέρεται.

γ. Να παρασχεθεί στο εκπαιδευόμενο ιατρικό, βοηθητικό και τεχνικό προσωπικό πιστοποιητικό εκπαίδευσης.

7.4 Έντυπο – Ηλεκτρονικό Συνοδευτικό Υλικό

Κατά την παράδοση καθενός τεμαχίου του εν λόγω είδους ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να παραδώσει τα παρακάτω:

α. Δύο (2) PROSPECTUS του υπό προμήθεια είδους.

β. Δύο (2) πλήρεις σειρές τεχνικών εγχειριδίων λειτουργίας, συντήρησης και επισκευής του προσφερόμενου υλικού στην ελληνική και αγγλική γλώσσα (το τεχνικό εγχειρίδιο της ελληνικής γλώσσας να μην αποτελεί περίληψη της αγγλικής), καθώς και αντίστοιχων εγχειριδίων για τα περιφερειακά συγκροτήματα ή υποσυγκροτήματα (ηλεκτρικά, ηλεκτρονικά, καθώς και του Η/Υ) που τυχόν υπάρχουν.

γ. Δύο (2) πλήρεις καταλόγους αναλώσιμων υλικών κατά αριθμό ονομαστικού (αν υπάρχουν), αριθμό κατασκευαστή, ονομασία του αναλώσιμου υλικού στην ελληνική γλώσσα, τιμή μονάδας καθώς και ο τρόπος αναπροσαρμογής αυτής, για τα χρόνια που δηλώθηκε στην προσφορά ότι υπάρχει δυνατότητα υποστήριξης.

δ. Δύο (2) πλήρεις καταλόγους ανταλλακτικών για τη συντήρηση του υπόψη υλικού στην ελληνική γλώσσα, στους οποίους θα φαίνεται ο αριθμός ονομαστικού (αν υπάρχει) , ο αριθμός κατασκευαστή, η ονομασία των υλικών - ανταλλακτικών, καθώς και η τιμή μονάδας καθώς και ο τρόπος αναπροσαρμογής αυτής, για τα χρόνια που δηλώθηκε στην προσφορά ότι υπάρχει δυνατότητα υποστήριξης.

ε. Όλα τα εργαλεία και παρελκόμενα που είναι ουσιώδη και απαραίτητα για την καλή λειτουργία του προσφερόμενου είδους, τη χρήση και τη συντήρηση του (θα συμπεριλαμβάνονται στις προσφεροθείσες τιμές) και έχουν δηλωθεί στην προσφορά, καθώς και εκείνα που καθορίζονται στην παρούσα προδιαγραφή.

στ. Μηχανολογικά, ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά σχέδια για το προσφερόμενο υλικό, τα οποία θα επεκτείνονται σε όλα τα συγκροτήματα ή υποσυγκροτήματά του. Τα παραπάνω σχέδια να είναι εις διπλούν και να έχουν τέτοιες λεπτομέρειες, ώστε να είναι εύκολη η συντήρηση του.

ζ. Πρωτότυπη Έγγραφη εγγύηση καλής λειτουργίας για τα χρόνια που έχουν δηλωθεί στην προσφορά και στην οποία θα φαίνεται και ο συγκεκριμένος εργοστασιακός αριθμός (SERIAL NUMBER). Σε περίπτωση που κάποιο εξάρτημα ή σύστημα του εξαιρείται της χρονικής εγγυήσεως, αυτό να αναφέρεται ρητά και να προσδιορίζεται από τον προμηθευτή ο τρόπος εγγυήσεως του.

η. Έγγραφη εγγύηση παροχής ανταλλακτικών και αναλωσίμων για τα έτη που έχουν δηλωθεί στην προσφορά.

θ. Στην περίπτωση που το προς προμήθεια υλικό περιλαμβάνει Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές (H/Y), εκτός από τα παραπάνω πρέπει να κατατεθούν όλα τα εγχειρίδια που χρησιμοποιεί το σύστημα με τα αντίστοιχα CD εγκατάστασης πρωτότυπα (ORIGINAL) σε τόση ποσότητα, όσα είναι και τα παραλαμβανόμενα μηχανήματα.

ι. Πιστοποιητικό ποιοτικού ελέγχου του εργοστασίου κατασκευής.

ια. Πλήρες πρόγραμμα και χρονοδιάγραμμα προγραμματισμένης και προληπτικής συντήρησης σύμφωνα με τον κατασκευαστή. Στο εν λόγω έγγραφο θα περιέχεται η περιγραφή της απαιτούμενης συντήρησης καθώς και τα προβλεπόμενα χρησιμοποιούμενα ανταλλακτικά.

8. ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

8.1 Τόπος παράδοσης: Όπως ορίζεται στη Διακήρυξη του Διαγωνισμού.

8.2 Χρόνος Παράδοσης: Όπως ορίζεται στη Διακήρυξη του Διαγωνισμού.

8.3 Αναβάθμιση Λογισμικού

Αν το υπό προμήθεια είδος περιλαμβάνει λογισμικό, ο προμηθευτής υποχρεούται να παρέχει όλες τις αναβαθμισμένες εκδόσεις λογισμικού που παρέχονται από τον κατασκευαστή του υλικού. Η αναβάθμιση του λογισμικού θα γίνεται χωρίς επιπλέον κόστος.

9. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

α. Η προσφορά πρέπει να περιλαμβάνει:

(1) Πλήρη περιγραφή του προς προμήθεια είδους μαζί με πλήρη τεχνικά χαρακτηριστικά, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που προσδιορίζει ακριβώς το είδος και τον τρόπο λειτουργίας, που θα αναγράφεται στην Τεχνική Προσφορά. Στην περιγραφή θα περιλαμβάνονται παραπομπές σε προσφερόμενο φυλλάδιο ή εγχειρίδιο χρήσης που τεκμηριώνουν τη συμμόρφωση προς κάθε σημείο της τεχνικής προδιαγραφής. Οι παραπομπές θα είναι ξεχωριστές για κάθε σημείο της τεχνικής προδιαγραφής. Θα είναι συγκεκριμένες, παραπέμποντας με ακρίβεια τουλάχιστον παραγράφου στο συνοδευτικό έγγραφο.

(2) Διαφημιστικό φυλλάδιο (prospectus) ή/και εγχειρίδιο χρήσης (manual) το οποίο φέρει τις παραπομπές της παραγράφου 11α (1) και τεκμηριώνει τη συμμόρφωση προς την τεχνική προδιαγραφή.

(3) Φύλλο/Έντυπο Συμμόρφωσης προς την Τεχνική Προδιαγραφή

Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος στην προσφορά του να επισυνάψει συμπληρωμένο αναλυτικό φυλλάδιο με τίτλο «ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ» υπόδειγμα του οποίου, με οδηγίες συμπλήρωσης, βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα <https://prodiagrafes.army.gr>, επιλέγοντας αρχικά «ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ-ΕΝΤΥΠΑ-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ» και στη συνέχεια «ΕΝΤΥΠΑ».

(4) Τα έγγραφα που αναφέρονται στην παράγραφο 6.1

(5) Έγγραφο δήλωση του προμηθευτή ή του κατασκευαστή ή του νόμιμου εκπροσώπου αυτού, στην οποία να δηλώνεται:

(α) Ο παρεχόμενος χρόνος εγγύησης του υλικού

(β) Ο χρόνος υποστήριξης του υλικού

(γ) Κάθε πιθανή εξαίρεση τμήματος του υλικού από τον προαναφερθέντα χρόνο εγγύησης

(δ) Το χρονοδιάγραμμα προληπτικής συντήρησης του υλικού

(6) Σύντομο ιστορικό του προμηθευτή και του κατασκευαστή (αν αυτός είναι άλλος), καθώς και κατάλογο πελατών (Ένοπλες Δυνάμεις, Οργανισμοί, Εταιρείες στην Ελλάδα και το εξωτερικό) με πλήρη στοιχεία (διευθύνσεις, τηλέφωνα κ.λ.π.) που έχουν αγοράσει από τον εν λόγω προμηθευτή ή κατασκευαστικό οίκο παρόμοια είδη.

β. Η επιτροπή τεχνικής αξιολόγησης μπορεί κατά την κρίση της να ζητήσει από κάθε συμμετέχοντα προμηθευτή έγγραφες διευκρινίσεις επί των αναγραφόμενων στην προσφορά του, καθώς και οποιοδήποτε συμπληρωματικό στοιχείο για την εξακρίβωση των τεχνικών χαρακτηριστικών και των δυνατοτήτων του υπό προμήθεια είδους.

10. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ

Σχολιασμός της παρούσας Προδιαγραφής από κάθε ενδιαφερόμενο, για τη βελτίωση της, μπορεί να γίνει μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής διαχείρισης ΠΕΔ, στη διαδικτυακή τοποθεσία <https://prodiagrafes.army.gr>.

Ακριβές αντίγραφο

Σχης (ΥΦ) Ευστράτιος Κιόρτσης
Διοικητής

Υπλγος (ΥΦ) Θεοχάρη Κλεοπάτρα
Βοηθός Γρ. Προμηθειών

ΠΡΟΣΘΗΚΗ

«1» Φύλλο Συμμόρφωσης προς τα Τεχνικά Χαρακτηριστικά Οδοντιατρικής
Μονάδος Στατικού Οδοντιατρείου

441 ΑΠΟΘΗΚΗ ΒΑΣΕΩΣ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Αθήνα, 8 Οκτ 20

ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗ
Φ.600.16/29/4114/Σ.1238

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΟΣ

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ	ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΚΑΙ PROSPECTUS
	Το προς προμήθεια είδος θα πρέπει να είναι καινούργιο, αμεταχείριστο, σύγχρονης τεχνολογίας και να είναι αποτελείται από τα κάτωθι στοιχεία: 1.Έδρα, 2.Εργαλειοφόρος κεφαλή 3.Σύστημα αναρροφήσεων-πτυελοδοχείου-αποχέτευσης, 4.Προβολέας, 5.Χειριστήριο βοηθού, 6.Ποδοδιακόπτης 7.Κουτί κεντρικής τροφοδοσίας, 8. Κάθισμα Ιατρού 9.Αεροσυμπιεστή οδοντιατρείου	ΝΑΙ, συμφωνούμε απόλυτα ή ΟΧΙ, δεν συμφωνούμε (διαγράψτε ανάλογα)
1	ΕΔΡΑ	
1.1	Η λειτουργία της να είναι ηλεκτρομηχανική ή ηλεκτροϋδραυλική και να είναι ικανή να ανυψώσει βάρος τουλάχιστον 160 κιλών.	ΝΑΙ ή ΟΧΙ (διαγράψτε ανάλογα). Αναφέρετε το είδος λειτουργίας
1.2	Να διαθέτει μνήμη με τουλάχιστον δύο (2) προγραμματιζόμενες θέσεις.	ΝΑΙ, συμφωνούν απόλυτα ή ΟΧΙ, δεν συμφωνούν (διαγράψτε ανάλογα) Αναγράψτε στη σελίδα του τεχνικού εγχειριδίου.
1.3	Να διαθέτει διακόπτη κινήσεων στην εργαλειοφόρο κεφαλή καθώς και στο χειριστήριο του βοηθού .	Ναι, συμφωνούν απόλυτα ή ΟΧΙ δεν συμφωνούν (διαγράψτε ανάλογα) Αναγράψτε στη σελίδα του τεχνικού εγχειριδίου
1.4	Να διαθέτει φρένο ασφαλείας που να μπλοκάρει την κίνηση της έδρας όταν τα κοπτικά είναι εν χρήσει καθώς και όταν αυτή συναντά κάποιο εμπόδιο που εμποδίζει την κίνηση της.	Ναι, συμφωνούν απόλυτα ή ΟΧΙ, δεν συμφωνούν (διαγράψτε ανάλογα) Αναγράψτε στη σελίδα του τεχνικού εγχειριδίου
1.5	Να διαθέτει ερεισικέφαλο διπλής άρθρωσης με δυνατότητα πολλαπλών ρυθμίσεων.	ΝΑΙ, συμφωνούν απόλυτα ή ΟΧΙ, δεν συμφωνούν (διαγράψτε ανάλογα) Αναγράψτε στη σελίδα

		του τεχνικού εγχειριδίου
1.6	Να διαθέτει αριστερό σταθερό βραχίονα υποστήριξης.	ΝΑΙ, συμφωνούν απόλυτα ή ΟΧΙ, δεν συμφωνούν (διαγράψτε ανάλογα) Αναγράφετε στη σελίδα του τεχνικού εγχειριδίου
1.7	Να διαθέτει σύστημα ανεξάρτητης παροχής διαλύματος της επιλογής μας στην οδοντιατρική μονάδα για την απολύμανση και εσωτερικό καθαρισμό των γραμμών των κοπτικών.	ΝΑΙ, συμφωνούν απόλυτα ή ΟΧΙ, δεν συμφωνούν (διαγράψτε ανάλογα) Αναγράφετε στη σελίδα του τεχνικού εγχειριδίου
2	ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΟΣ ΚΕΦΑΛΗ	
2.1	Να φέρει ταμπλέτα για τοποθέτηση εργαλείων μεγέθους τουλάχιστον 25X30cm. Να εκτελεί κινήσεις σε όλα τα επίπεδα και να μπορεί να πλησιάζει τον ασθενή ικανοποιητικά ακόμα και όταν η έδρα βρίσκεται σε θέση οριζοντίωσης.	ΝΑΙ, συμφωνούν απόλυτα ή ΟΧΙ, δεν συμφωνούν (διαγράψτε ανάλογα) Αναγράφετε στη σελίδα του τεχνικού εγχειριδίου
2.2	Με τη βοήθεια του κατάλληλου μηχανισμού (κατά προτίμηση αερόφρενο) να ακινητοποιείται με ακρίβεια και ασφάλεια και να μη μετακινείται ακόμα και όταν τοποθετηθούν επάνω της οδοντιατρικά εργαλεία και μικροσυσσκευές. Να επιτρέπει την τοποθέτηση βάρους τουλάχιστον 2 κιλών.	ΝΑΙ, συμφωνούν απόλυτα ή ΟΧΙ, δεν συμφωνούν (διαγράψτε ανάλογα) Αναγράφετε στη σελίδα του τεχνικού εγχειριδίου
2.3	Οι σωλήνες σύνδεσης των κοπτικών εργαλείων (μικρομότορ- αερότορ-υπέρηχοι) και της αερούδροσύριγγας με την εργαλειοφόρο κεφαλή να έρχονται πάνω από την ταμπλέτα (over patient delivery) ή κάτω από την ταμπλέτα, όπως ορίζεται στο Παράρτημα Ι, και να είναι εύκαμπτοι και ευθείς (όχι σπιράλ), ώστε να μπορούν να απολυμανθούν. Θα πρέπει δε, να είναι ανθεκτικοί στα συνήθη χημικά απολυμαντικά.	ΝΑΙ, συμφωνούν απόλυτα ή ΟΧΙ, δεν συμφωνούν (διαγράψτε ανάλογα) Αναγράφετε στη σελίδα του τεχνικού εγχειριδίου
2.4	Σε κάθε γραμμή τροφοδοσίας των κοπτικών εργαλείων της εργαλειοφόρου κεφαλής και για όλες τις γραμμές, θα πρέπει να υπάρχει ανεξάρτητη ρύθμιση της πίεσης του αέρα και του νερού.	ΝΑΙ, συμφωνούν απόλυτα ή ΟΧΙ, δεν συμφωνούν (διαγράψτε ανάλογα) Αναγράφετε στη σελίδα του τεχνικού εγχειριδίου
2.5	Θα πρέπει επ' αυτής να βρίσκεται χειριστήριο που να ρυθμίζει τις κινήσεις τις έδρας, την πλήρωση του ποτηριού του ασθενούς με νερό, καθώς και την έκπλυση του πτυελοδοχείου .	ΝΑΙ, συμφωνούν απόλυτα ή ΟΧΙ, δεν συμφωνούν (διαγράψτε ανάλογα) Αναγράφετε στη σελίδα του τεχνικού εγχειριδίου
2.6	Το χειριστήριο θα πρέπει να είναι soft-touch.	ΝΑΙ, συμφωνούν απόλυτα ή ΟΧΙ, δεν συμφωνούν

		(διαγράψτε ανάλογα) Αναγράφετε στη σελίδα του τεχνικού εγχειριδίου
2.7	<p>Η εργαλειοφόρος κεφαλή θα πρέπει να έχει τον παρακάτω εξοπλισμό:</p> <p>α.Τουλάχιστον μία (1) γραμμή airotor με LED φως, chip-blower και ταχυσύνδεσμο χειρολαβών για χειρολαβές με ρουλεμάν. Η γραμμή να διαθέτει βαλβίδα αντεπιστροφής (back suction stop).</p> <p>β.Η γραμμή airotor θα είναι εξοπλισμένη με χειρολαβή airotor που θα διαθέτει πολλαπλό σύστημα ψεκασμού ύδατος, φωτισμό LED, σύστημα μεταφοράς φωτός και σύστημα συγκράτησης εγγλυφίδων με press-button. Η χειρολαβή θα πρέπει να δύναται να αποστειρωθεί στο αυτόκαυστο. Θα πρέπει να διαθέτει βαλβίδα αντεπιστροφής (back suction stop) και σύστημα καθαρής κεφαλής (clean head system).</p> <p>γ.Μια γραμμή για micromotor, ανεξάρτητη, με LED φως, chip-blower, παροχή αέρα για την ψύξη του micromotor καθώς και παροχή νερού και αέρα για το spray της χειρολαβής.</p> <p>δ.Η γραμμή micromotor θα είναι εξοπλισμένη: με ηλεκτρικό micromotor με ταχύτητα λειτουργίας έως 40.000rpm με LED φως και εσωτερικό σύστημα μεταφοράς αέρα και νερού, νέας τεχνολογίας χωρίς κάρβουνα (Brushless) με ροπή τουλάχιστον 3 Ncm, με μία (1) γωνιακή χειρολαβή εξισωτική (1/1), με εσωτερική μεταφορά αέρα και νερού για το spray, LED φως και σύστημα συγκράτησης εγγλυφίδων press-button.</p> <p>ε.Μία γραμμή για την αεροϋδροσύριγγα, εξοπλισμένη με αεροϋδροσύριγγα, η οποία να μπορεί να αποσπάται για καθαρισμό και απολύμανση, ενώ θα πρέπει να μπορεί να αποστειρώνεται το ρύγχος αλλά και ολόκληρη η χειρολαβή στο αυτόκαυστο. Θα πρέπει να διαθέτει ακροφύσιο με δυνατότητα περιστροφής 360 μοιρών.</p> <p>στ.Μια γραμμή για πιεζοηλεκτρικούς υπερήχους, εξοπλισμένη με χειρολαβή. Η χειρολαβή θα πρέπει να μπορεί να αποστειρώνεται στο αυτόκαυστο, ενώ θα πρέπει να συνοδεύεται από: Τέσσερα (4) ξέστρα για περιοδοντολογική χρήση, δύο (2) για υπερουλική και δύο (2)</p>	<p>ΝΑΙ, συμφωνούν απόλυτα ή ΟΧΙ, δεν συμφωνούν (διαγράψτε ανάλογα) Αναγράφετε στη σελίδα του τεχνικού εγχειριδίου</p>

	για υποουλική εφαρμογή. Κλειδί για την ασφάλιση των ξέστρων στην χειρολαβή, δυνάμενο και αυτό να αποστειρώνεται στο αυτόκαυστο. ζ.Ευθεία χειρολαβή με LED φως και παροχή νερού.	
3	ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΩΝ-ΠΤΥΕΛΟΔΟΧΕΙΟΥ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	
3.1	Το πτυελοδοχείο να ακολουθεί τις κινήσεις της έδρας στον κατακόρυφο άξονα. Να διαθέτει δυνατότητα περιστροφής από και προς τον ασθενή .	ΝΑΙ, συμφωνούν απόλυτα ή ΟΧΙ, δεν συμφωνούν (διαγράψτε ανάλογα) Αναγράψτε στη σελίδα του τεχνικού εγχειριδίου
3.2	Η έκπλυση της λεκάνης του πτυελοδοχείου να γίνεται με αυτόματο χρονοκύκλωμα και με συνεχή ροή ύδατος. Η ροή του νερού να δύναται να ρυθμιστεί. Η λεκάνη να διαθέτει φίλτρο συγκράτησης στερεών .	ΝΑΙ, συμφωνούν απόλυτα ή ΟΧΙ, δεν συμφωνούν (διαγράψτε ανάλογα) Αναγράψτε στη σελίδα του τεχνικού εγχειριδίου
3.3	Να υπάρχει θέση για ποτηράκι, το οποίο να γεμίζει με νερό και η ποσότητα του νερού να μπορεί να προρρυθμιστεί.	ΝΑΙ, συμφωνούν απόλυτα ή ΟΧΙ, δεν συμφωνούν (διαγράψτε ανάλογα) Αναγράψτε στη σελίδα του τεχνικού εγχειριδίου
3.4	Το σύστημα να διαθέτει γραμμή χειρουργικής αναρρόφησης διατομής τουλάχιστον Φ16, με ελαστικό προστόμιο και εύκαμπτο σωλήνα, ο οποίος να είναι αποσπώμενος. Να διαθέτει προστόμιο με ρύθμιση αναρροφητικής έντασης και το προστόμιο να είναι κλιβανιζόμενο. Να υπάρχει φίλτρο συγκράτησης στερεών, το οποίο να είναι αποσπώμενο, προκειμένου να καθαρίζεται.	ΝΑΙ, συμφωνούν απόλυτα ή ΟΧΙ, δεν συμφωνούν (διαγράψτε ανάλογα) Αναγράψτε στη σελίδα του τεχνικού εγχειριδίου
3.5	Να διαθέτει γραμμή χειρουργικής αναρρόφησης Φ11.Η γραμμή χειρουργικής αναρρόφησης να διαθέτει τα χαρακτηριστικά που αναγράφονται στην παράγραφο 3.4.	ΝΑΙ, συμφωνούν απόλυτα ή ΟΧΙ, δεν συμφωνούν (διαγράψτε ανάλογα) Αναγράψτε στη σελίδα του τεχνικού εγχειριδίου
4	ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ	
4.1	Να είναι αναρτημένος σε πολύσπαστο αρθρωτό σύστημα με μηχανισμό που να εξασφαλίζει απόλυτη σταθερότητα. Να εκτελεί κινήσεις σε όλους τους άξονες, παρέχοντας δυνατότητα ευχερούς στόχευσης στο πεδίο εργασίας.	ΝΑΙ, συμφωνούν απόλυτα ή ΟΧΙ, δεν συμφωνούν (διαγράψτε ανάλογα) Αναγράψτε στη σελίδα του τεχνικού εγχειριδίου
4.2	Να διαθέτει LED φωτισμό τουλάχιστον 5.000 Κ .	ΝΑΙ, συμφωνούν απόλυτα ή ΟΧΙ, δεν συμφωνούν (διαγράψτε ανάλογα) Αναγράψτε στη σελίδα

		του τεχνικού εγχειριδίου
4.3	Να είναι φωτιστικής ικανότητας ισχύος τουλάχιστον 15.000 Lux.	ΝΑΙ, συμφωνούν απόλυτα ή ΟΧΙ, δεν συμφωνούν (διαγράψτε ανάλογα) Αναγράψτε στη σελίδα του τεχνικού εγχειριδίου
4.4	Να έχει δυνατότητα ρύθμισης της φωτιστικής ισχύος.	ΝΑΙ, συμφωνούν απόλυτα ή ΟΧΙ, δεν συμφωνούν (διαγράψτε ανάλογα) Αναγράψτε στη σελίδα του τεχνικού εγχειριδίου
4.5	Να διαθέτει αποσπώμενα και αποστειρούμενα χερούλια.	ΝΑΙ, συμφωνούν απόλυτα ή ΟΧΙ, δεν συμφωνούν (διαγράψτε ανάλογα) Αναγράψτε στη σελίδα του τεχνικού εγχειριδίου
5	ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΒΟΗΘΟΥ	
5.1	Με αυτό εκτελούνται οι βοηθητικές λειτουργίες τμημάτων του συγκροτήματος, που γίνονται με άσηπτες κινήσεις του βοηθού. Το χειριστήριο του βοηθού πρέπει να επιτρέπει την κίνηση στο οριζόντιο επίπεδο και να έχει τα πιο κάτω χαρακτηριστικά: Να διαθέτει χειριστήριο softtouch με το οποίο να ελέγχει: κινήσεις της έδρας, τη λειτουργία του πτυελοδοχείου (έκπλυση λεκάνης), τη λειτουργία του ποτηριού (πλήρωση με νερό).	ΝΑΙ, συμφωνούν απόλυτα ή ΟΧΙ, δεν συμφωνούν (διαγράψτε ανάλογα) Αναγράψτε στη σελίδα του τεχνικού εγχειριδίου
5.2	Στο χειριστήριο του βοηθού πρέπει να είναι αναρτημένες σε ειδικές θέσεις το σύνολο των αναρροφήσεων, όπως αυτές περιγράφηκαν στις παραγράφους 3.4 και 3.5 του παρόντος.	ΝΑΙ, συμφωνούν απόλυτα ή ΟΧΙ, δεν συμφωνούν (διαγράψτε ανάλογα) Αναγράψτε στη σελίδα του τεχνικού εγχειριδίου
6	ΠΟΔΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ	
6.1	Να είναι ανθεκτικής κατασκευής με αντιολισθητική βάση.	ΝΑΙ, συμφωνούν απόλυτα ή ΟΧΙ, δεν συμφωνούν (διαγράψτε ανάλογα) Αναγράψτε στη σελίδα του τεχνικού εγχειριδίου
6.2	Να ενεργοποιεί τα κοπτικά εργαλεία (micromotor - airotor) της εργαλειοφόρου κεφαλής .	ΝΑΙ, συμφωνούν απόλυτα ή ΟΧΙ, δεν συμφωνούν (διαγράψτε ανάλογα) Αναγράψτε στη σελίδα του τεχνικού εγχειριδίου
6.3	Να ελέγχει την παροχή νερού στα κοπτικά εργαλεία.	ΝΑΙ, συμφωνούν απόλυτα ή ΟΧΙ, δεν συμφωνούν (διαγράψτε ανάλογα) Αναγράψτε στη σελίδα

		του τεχνικού εγχειριδίου
6.4	Να ενεργοποιεί τη λειτουργία του chip blower των κοπτικών.	ΝΑΙ, συμφωνούν απόλυτα ή ΟΧΙ, δεν συμφωνούν (διαγράψτε ανάλογα) Αναγράφετε στη σελίδα του τεχνικού εγχειριδίου
6.5	Να είναι ηλεκτρικός με ροοστάτη, για την αυξομείωση της έντασης των κοπτικών εργαλείων από το πόδι του χρήστη.	ΝΑΙ, συμφωνούν απόλυτα ή ΟΧΙ, δεν συμφωνούν (διαγράψτε ανάλογα) Αναγράφετε στη σελίδα του τεχνικού εγχειριδίου
7	ΚΟΥΤΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ	
	Το κουτί κεντρικής τροφοδοσίας πρέπει να διαθέτει κεντρικό διακόπτη (ON - OFF) ο οποίος να ελέγχει ταυτόχρονα όλες τις παροχές προς το οδοντιατρικό συγκρότημα (ρεύμα, νερό, αέρας).	ΝΑΙ, συμφωνούν απόλυτα ή ΟΧΙ, δεν συμφωνούν (διαγράψτε ανάλογα) Αναγράφετε στη σελίδα του τεχνικού εγχειριδίου
8	ΚΑΘΙΣΜΑ ΙΑΤΡΟΥ	
8.1	Να είναι ανατομικά σχεδιασμένο και να έχει δυνατότητα ρύθμισης του ύψους του καθίσματος με έμβολο και ρύθμισης της θέσης της πλάτης.	ΝΑΙ, συμφωνούν απόλυτα ή ΟΧΙ, δεν συμφωνούν (διαγράψτε ανάλογα) Αναγράφετε στη σελίδα του τεχνικού εγχειριδίου
8.2	Να έχει σταθερή βάση με τουλάχιστον πέντε (5) περιστρεφόμενες ρόδες.	ΝΑΙ, συμφωνούν απόλυτα ή ΟΧΙ, δεν συμφωνούν (διαγράψτε ανάλογα) Αναγράφετε στη σελίδα του τεχνικού εγχειριδίου
8.3	Η ταπετσαρία τους να είναι αντοχής και ανθεκτική στα συνήθη απολυμαντικά.	ΝΑΙ, συμφωνούν απόλυτα ή ΟΧΙ, δεν συμφωνούν (διαγράψτε ανάλογα) Αναγράφετε στη σελίδα του τεχνικού εγχειριδίου
9	ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟΥ	
9.1	Να είναι «Κλάσης ΙΙα» βάσει της Υπουργικής Απόφασης ΚΥΑ ΔΥ7/2480 (ΦΕΚ Β'679/13-6-94 Παράρτημα ΙΧ, Μέρος ΙΙΙ, Παράγραφος 3.2, Κανόνας 11).	ΝΑΙ, συμφωνούν απόλυτα ή ΟΧΙ, δεν συμφωνούν (διαγράψτε ανάλογα) Αναγράφετε στη σελίδα του τεχνικού εγχειριδίου
9.2	Να είναι ανεξάρτητη συσκευή, ελεύθερη ελαίου, και να εργάζεται με μοτέρ τουλάχιστον 1Ηρ.	ΝΑΙ, συμφωνούν απόλυτα ή ΟΧΙ, δεν συμφωνούν (διαγράψτε ανάλογα) Αναγράφετε στη σελίδα του τεχνικού εγχειριδίου
9.3	Να λειτουργεί στα 230V(±10%) / 50Hz(±0,5%).	ΝΑΙ, συμφωνούν απόλυτα ή ΟΧΙ, δεν συμφωνούν (διαγράψτε ανάλογα) Αναγράφετε στη σελίδα του τεχνικού εγχειριδίου

9.4	Να παρέχει ξηρό αέρα κατάλληλου όγκου ανά λεπτό, για να μπορεί να υποστηρίξει τις ανάγκες δύο οδοντιατρικών μονάδων.	ΝΑΙ, συμφωνούν απόλυτα ή ΟΧΙ, δεν συμφωνούν (διαγράψτε ανάλογα) Αναγράψτε στη σελίδα του τεχνικού εγχειριδίου
9.5	Να διαθέτει φίλτρο ξήρανσης - καθαρισμού αέρα και ισχυρό σύστημα ψύξεως κεφαλής.	ΝΑΙ, συμφωνούν απόλυτα ή ΟΧΙ, δεν συμφωνούν (διαγράψτε ανάλογα) Αναγράψτε στη σελίδα του τεχνικού εγχειριδίου
9.6	Να διαθέτει ασφάλεια υπερεντάσεων και υπερθερμάνσεων.	ΝΑΙ, συμφωνούν απόλυτα ή ΟΧΙ, δεν συμφωνούν (διαγράψτε ανάλογα) Αναγράψτε στη σελίδα του τεχνικού εγχειριδίου
9.7	Να διαθέτει αντικραδασμική βάση και ηχομονωτικό κάλυμμα.	ΝΑΙ, συμφωνούν απόλυτα ή ΟΧΙ, δεν συμφωνούν (διαγράψτε ανάλογα) Αναγράψτε στη σελίδα του τεχνικού εγχειριδίου
9.8	Το αεροφυλάκιο του αεροσυμπιεστή πρέπει να είναι καλής κατασκευής, να διαθέτει βάνα εξαερώσεως και άριστη βαφή εσωτερικά για μεγαλύτερη αντοχή στην οξειδωση.	ΝΑΙ, συμφωνούν απόλυτα ή ΟΧΙ, δεν συμφωνούν (διαγράψτε ανάλογα) Αναγράψτε στη σελίδα του τεχνικού εγχειριδίου
9.9	Να διαθέτει μανόμετρο μέτρησης της πίεσης και ο χρόνος πλήρωσης του αεροθαλάμου να είναι ο μικρότερος δυνατός.	ΝΑΙ, συμφωνούν απόλυτα ή ΟΧΙ, δεν συμφωνούν (διαγράψτε ανάλογα) Αναγράψτε στη σελίδα του τεχνικού εγχειριδίου

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

- α. Στη στήλη (α) αναγράφονται οι παράγραφοι των Τεχνικών Χαρακτηριστικών.
- β. Στη στήλη (β) αναγράφεται η εισαγωγή ή μια περίληψη των παραγράφων με τα απαιτούμενα τεχνικά χαρακτηριστικά και όρους αποδοχής του υπό προμήθεια υλικού.
- γ. Στη στήλη (γ) δηλώνεται αντίστοιχα σε κάθε παράγραφο αν τα χαρακτηριστικά του προσφερόμενου Υλικού **συμφωνούν απόλυτα ή όχι** με τα Τεχνικά Χαρακτηριστικά. Αυτό θα γίνεται με την αναγραφή στη στήλη (γ) και απέναντι σε κάθε παράγραφο ότι, "ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΑΠΟΛΥΤΑ" ή "ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ". Σε περίπτωση που **δεν υπάρχει συμφωνία** αναγράφονται **υποχρεωτικά** όλα τα προσφερόμενα άλλα χαρακτηριστικά, με αντίστοιχη παραπομπή, στο σημείο του PROSPECTUS - Τεχνικού Εγχειριδίου.
- δ. Για όσα χαρακτηριστικά δίνονται στη στήλη (β) και στα PROSPECTUS - Τεχνικά Εγχειρίδια στη στήλη (γ), σε διαφορετικές μονάδες από εκείνες των Τεχνικών

Χαρακτηριστικών, να δίνονται **υποχρεωτικά** οι τύποι μετατροπής αυτών καθώς και επεξηγήσεις της χρησιμοποιούμενης διαφορετικής ορολογίας από εκείνης της Τ.Π.

Ακριβές αντίγραφο

Σχης (ΥΦ) Ευστράτιος Κιόρτσος
Διοικητής

Υπλγος (ΥΦ) Θεοχάρη Κλεοπάτρα
Βοηθός Γρ. Προμηθειών

441 ΑΠΟΘΗΚΗ ΒΑΣΕΩΣ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Αθήνα, 8 Οκτ 20

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΣΤΗ
Φ.600.16/29/4114/Σ.1238

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ)

[άρθρου 79 παρ. 4 ν.4412/16 (Α 147)]

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή και τη διαδικασία ανάθεσης

<p>A: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ονομασία: 441 Αποθήκη Βάσεως Υγειονομικού Υλικού / Γρ. Προμηθειών - Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: Πειραιώς 174, Ταύρος, 17778 - Αρμόδιος για πληροφορίες: Υπλγός (ΥΦ) Θεοχάρη Κλεοπάτρα - Τηλέφωνο: 210 3451620 - Ηλ. ταχυδρομείο: 441abyy.promith@gmail.com
<p>B: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης</p> <ul style="list-style-type: none"> - Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: «Οδοντιατρικές Μονάδες Στατικού Οδοντιατρείου, CPV: 33192400-6» - Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : Προμήθεια - Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή 13/2020

Μέρος ΙΙ: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

A: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Στοιχεία αναγνώρισης:	Απάντηση:
Πλήρης Επωνυμία:	[]
Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και υπάρχει	[]
Ταχυδρομική διεύθυνση:	[.....]
Αρμόδιος ή αρμόδιοι:	[.....]
Τηλέφωνο:	[.....]
Ηλ. ταχυδρομείο:	[.....]
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (εάν υπάρχει):	[.....]

B: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης.

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει:	Απάντηση:
Όνοματεπώνυμο συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται:	[.....] [.....]
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα	[.....]
Ταχυδρομική διεύθυνση:	[.....]
Τηλέφωνο:	[.....]
Ηλ. ταχυδρομείο:	[.....]
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, την έκταση, τον σκοπό ...):	[.....]

Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού

A: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες

<p>Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση· δωροδοκία· απάτη· τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεδεμένα με τρομοκρατικές δραστηριότητες νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας· παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων</p>

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες:	Απάντηση:
Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση εις βάρος του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν από τους λόγους που παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;	<input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι <i>Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):</i> [.....][.....][.....][.....]
Εάν ναι , αναφέρετε: α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της καταδίκης, β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί []· γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην καταδικαστική	α) Ημερομηνία:[], σημείο(-α): [], λόγος(-οι):[] β) [.....] γ) Διάρκεια της περιόδου

<p>απόφαση:</p>	<p>αποκλεισμού [.....] και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [] <i>Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):</i> [.....][.....][.....][.....]</p>
<p>Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»);</p>	<p><input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι</p>
<p>Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν:</p>	<p>[.....]</p>

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης

<p>Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης:</p>	<p>Απάντηση:</p>	
<p>1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, στην Ελλάδα και στη χώρα στην οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ;</p>	<p><input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι</p>	
<p>Εάν όχι αναφέρετε: α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται: β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; γ) Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των υποχρεώσεων; 1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης; - Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική; - Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή έκδοσης απόφασης - Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε: δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει συμπεριλαμ-</p>	<p style="text-align: center;">ΦΟΡΟΙ</p> <p>α)[.....]. β)[.....] γ.1) <input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι -<input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι -[.....]. -[.....]. γ.2)[.....]. δ) <input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς</p>	<p style="text-align: center;">ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ</p> <p>α)[.....]. β)[.....] γ.1) <input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι -<input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι -[.....]. -[.....]. γ.2)[.....]. δ) <input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς</p>

βανόμενων κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους ;	πληροφορίες [.....]	πληροφορίες [.....]
Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:	(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [.....][.....][.....]	

Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα	Απάντηση:
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του , αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου;	<input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι Εάν ναι , ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»); <input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι Εάν το έχει πράξει , περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν: [.....]
Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις : α) πτώχευση, ή β) διαδικασία εξυγίανσης, ή γ) ειδική εκκαθάριση, ή δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, ή ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού, ή στ) αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, ή ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου Εάν ναι: - Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: - Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των μέτρων σχετικά με τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές τις περιστάσεις. Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,	<input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι -[.....] -[.....] (διαδικτυακή διεύθυνση,

<p>αναφέρετε:</p>	<p>αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [.....][.....][.....]</p>
<p>Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα; Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:</p>	<p><input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι [.....]</p>
	<p>Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα αυτοκάθαρσης; <input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν: [.....]</p>
<p>Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού; Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:</p>	<p><input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι [.....]</p>
	<p>Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα αυτοκάθαρσης; <input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν: [.....]</p>
<p>Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων, λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης; Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:</p>	<p><input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι [.....]</p>
<p>Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης; Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:</p>	<p><input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι [.....]</p>
<p>Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις;</p>	<p><input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι [.....]</p>

<p>Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:</p>	<p>Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα αυτοκάθαρσης; <input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν: [.....]</p>
<p>Μπορεί ο οικονομικός φορέας να επιβεβαιώσει ότι:</p> <p>α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση;</p>	<p><input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι</p>

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων κριτηρίων επιλογής	Απάντηση
Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;	<input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι

Καταλληλότητα

Καταλληλότητα	Απάντηση
<p>Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος εγκατάστασής; του: Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:</p>	<p>[...]</p> <p>(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):</p>

Μέρος V: Τελικές δηλώσεις

1. Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη I – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.

2. Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων του άρθρου 80 του ν.4412/16, όπως ζητηθούν και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 103 του υπόψη νόμου.

3. Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στη 441 ΑΒΥΥ, προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στο παρόν Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης για τους σκοπούς της προμήθειας.

4. Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι δε θα χρησιμοποιηθεί σαν άμεσος ή έμμεσος αντιπρόσωπος, μόνιμος ή σε εφεδρεία Αξιωματικός των τριών κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, εφόσον δεν έχει παρέλθει πενταετία από το χρόνο αποστρατείας τους, υπαγορευμένου αυτού, από την παράγραφο 12 του άρθρου 66 του Ν.Δ.1400/1973.

Ημερομηνία:

(υπογραφή)

Ακριβές αντίγραφο

Σχης (ΥΦ) Ευστράτιος Κιόρτσης
Διοικητής

Υπλγος (ΥΦ) Θεοχάρη Κλεοπάτρα
Βοηθός Γρ. Προμηθειών

441 ΑΠΟΘΗΚΗ ΒΑΣΕΩΣ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Αθήνα, 8 Οκτ 20

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΣΤΗ
Φ.600.16/ 29/4114/Σ.1238

ΠΙΝΑΚΑΣ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

1	Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα του άρθρου 73, παρ.1 του Ν.4412/2016. Υπόχρεοι στην υποβολή ποινικού μητρώου είναι οι διαχειριστές , στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και ο διευθύνων σύμβουλος καθώς και όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.).
2	Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους και ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης , κύριας και επικουρικής (για όλους τους ασφαλιστικούς φορείς), συνοδευόμενο από Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986, αναφορικά με τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές.
3	Πιστοποιητικά οικείου Πρωτοδικείου από τα οποία να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, ειδική εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού και ότι δεν έχουν αναστείλει τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες ή εάν βρίσκονται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.
4	Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 73, παρ.4, περιπτώσεις (γ) έως (η) του Ν.4412/2016.
5	Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν.4412/2016.
6	Υπεύθυνη δήλωση ότι πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.4412/2016.
7	Πιστοποιητικό οικείου Επιμελητηρίου , με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.
8	Τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ) από τα οποία πρέπει να προκύπτουν το/τα πρόσωπα που ασκούν τη νόμιμη εκπροσώπηση και διαχείριση της εταιρείας.

9	Πιστοποιητικό από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών από την ημερομηνία λήξης υποβολής προσφοράς. Σε περίπτωση αδυναμίας έκδοσης του υπόψη πιστοποιητικού θα προσκομίζεται η προβλεπόμενη από την παρ. 2 του άρθρου 80 του Ν.4412/16 ένορκη βεβαίωση.
---	---

Ακριβές αντίγραφο

Σχης (ΥΦ) Ευστράτιος Κιόρτσης
Διοικητής

Υπλγος (ΥΦ) Θεοχάρη Κλεοπάτρα
Βοηθός Γρ. Προμηθειών